

invio fabbisogni mascherine

giuseppe

Da: "PALAZZOLO GRAZIA MARIA GIOVANNA" <graziamariagiovanna.palazzolo@arnascivico.it>

12/06/2020 13:45

A: "SALAMONE GIUSEPPE" <giuseppe.salamone@arnascivico.it>, Fax.provveditorato
<fax.provveditorato@arnascivico.it>

Allegato - 1/1: [capitolato tecnico.xls](#) (81 kB)

Considerata la criticità creata dal Covid 19 si chiede di attivare le procedure di acquisto URGENTE per i DPI mancanti (mascherine chirurgiche) in azienda.
grazie

giuseppe per favore metti oltre ai lacci anche elastici

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

Caratteristiche tecniche	quantita'
Mascherina chirurgica monouso, in TNT con lacci e/o elastici, ad alto potere filtrante, a tre strati con fettucce, senza fibra di vetro, con barretta metallica incorporata e visiera antiappannante	510000
di tipo II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 "Medical face masks - Requirements and test methods" e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia"), da parte dell'Istituto superiore di sanità che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa	