

n. 3 MONITOR MULTIPARAMETRICI DA DESTINARE ALL'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Configurazione wireless		
2. Modulari		
3. Display a colori touch screen da 12"		
4. Batteria estraibile con autonomia non inferior a 1 ora e possibilità di estensione della durata		
5. Moduli per monitoraggio di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, traccia ECG, SpO2 con curva del polso, temperatura corporea		
6. Analisi delle aritmie avanzate con memorizzazione degli eventi, monitoraggio ECG con numero minimo di 3 derivazioni (tuttavia deve essere garantita la possibilità d utilizzo di 7 e 12 derivazioni attraverso la fornitura degli specifici cavi che devono far parte della fornitura)		
7. SpO2 tipologia Nellcor (o compatibile)		
8. Memoria eventi almeno 24 ore		
9. Dotati di stampanti		
10. Assistenza 24 ore su 24 ore e che nell'arco dello stesso periodo, se non risolto il guasto, il monitor venga sostituito con un muletto		
11. Il materiale di consumo, cavi prossimali ed accessori soggetti a deterioramento devono essere forniti nella misura di 3 unità per ciascun monitor; in particolare, i cavetti terminali per monitoraggio ECG devono essere forniti in numero di 30 unità per ciascun monitor		
12. Completi di carrelli o supporti per installazione su pensile o supporti a parete		

