COLPOSCOPIO DA DESTINARE ALL'U.O. DI GINECOLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Illuminazione a fibra ottica a luce fredda 12V/100W		
2. Distanza di lavoro 250mm, 300 mm		
3. Tubo di visualizzazione: tubo binoculare diritto, inclinato, orientabile 180°		
4. Filtro rosso privo a inserimento		
5. Sistema di sospensione: stativo a sospensione (tubo di collegamento per poltrona ginecologica), stativo da pavimento con ruote. Dotato di sistema di bilanciamento con braccio		
6. Intervallo di sollevamento +/-230mm		
7. Videocamera: 1CCD Y/C(S-Video) VBS (Composite) Pal o NTSC		
8. Apparecchiatura fotografica ed adattore per macchina fotografica		
9. Apparecchiatura per ripresa compatibile con adattatore per telecamera		
10. Oculari con ingrandimento fino a 16X		
11. Monitor LCD 15" dotato di braccio		
12. Stampante		
13. Memoria di tipo SD almeno 644 GB		
14. Cavo portaluce		

INDICARE I MIGLIORI PREZZI DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 2 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO