

**n. 2 CAPPE ASPIRANTI per PATOLOGIA CLINICA P.O. DI CRISTINA**

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA E IL RIGO DA CUI POSSA EVINCERSI LA CORRISPONDENZA CON LA CARATTERISTICA RISCHIESTA	EVENTUALI NOTE
Cappa aspirante filtrata corredata di braccio e di filtro a carboni attivi		
La cappa deve essere dotata di braccetto telescopico a parete, con estensione regolabile		
Il posizionamento della cappa deve essere regolabile anche in altezza.		
La cappa deve essere corredata di filtro a carboni attivi.		
Si chiede la fornitura di n. 2 cappe, comprensiva di installazione a parete e collaudo, da posizionare sopra HPLC.		

**INDICARE I MIGLIORI PREZZI DI VENDITA DI PARI OGGETTO IVA ESCLUSA PER FORNITURE INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE**

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO