AGGIORNAMENTO STRUMENTAZIONE AGILENT per PATOLOGIA CLINICA P.O. DI CRISTINA

Aggiornamento tecnologico della piattaforma cromatografica Agilent mediante aggiunta di alcuni moduli di cromatografia liquida di ultima generazione, compatibili con il sistema Agilent 1260 Infinity in possesso e in uso nel Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale G. Di Cristina.

In particolare, si chiedono moduli cromatografici integrabili nel sistema in uso e intercambiabili con i moduli dello stesso.

I moduli richiesti dovranno pertanto essere gestibili dalla medesima workstation, ovvero il software OpenLab CDS Chemstation Edition, con il quale questo laboratorio gestisce il sistema Agilent 1260 Infinity, che dovrà essere in grado di gestire l'operatività dei moduli di seguito descritti nonché di acquisire e di elaborare i dati cromatografici relativi al detector fluorimetrico richiesto.
La fornitura dovrà prevedere pompa, auto-campionatore e detector fluorimetrico, comprensivi di kit di attrezzi per la manutenzione ordinaria nonché di colonna C18 da 4,6 mm x 100 mm – 2,7 um.

Requisiti minimi dei moduli richiesti:
Modulo di pompaggio

Sistema di pompaggio con miscelazione quaternaria in bassa pressione, con modulo di degasaggio integrato, e con volume di spinta (stroke volume) variabile a seconda del flusso, anche via software.
Il software dovrà calcolare il volume di solvente residuo (actual volume) per ogni bottiglia.

INDICARE I MIGLIORI PREZZI DI VENDITA DI PARI OGGETTO IVA ESCLUSA PER FORNITURE INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO