



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE

Den. Amm. : A.R.N.A.S.  
Cod. AOO : DIRAZI  
N. Prot. : 0010097  
Data Prot. : 21-07-2020 12:34:57  
Tipo Reg. : Interno  
Cod. Reg. : REG\_INT\_191217170702\_I



## U.O.C. PROVVEDITORATO

### AVVISO

### CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

**Oggetto:** Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per la fornitura Strumento all in one (estrazione, amplificazione e rilevazione del target) occorrente all' U.O.C di Microbiologia Virologia

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul MEPA per la fornitura di Strumento all in one (estrazione, amplificazione e rilevazione del target) **occorrente all' U.O.C di Microbiologia Virologia**, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna

aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

#### **1. Luogo di realizzazione**

La fornitura avverrà mediante la consegna dei prodotti presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico e G. Di Cristina" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

#### **2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa:**

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire:

##### **Strumento all in one (estrazione, amplificazione e rilevazione del target):**

Sistema unico ed integrato random-access di test molecolari in RT o TMA su almeno due target identificanti Sars-CoV2 che automatizza completamente tutti i passaggi necessari all'esecuzione dei test, dal prelievo della aliquota necessaria da tubo primario, alla estrazione dei campioni, fasi di amplificazione, rilevazione in tempo reale e, infine, inattivazione/distruzione degli amplificati.

##### **Possibilità di caricamento di provette con tappo perforabile per l'esecuzione del test COVID-19.**

Onde evitare potenziali contaminazioni ambientali è richiesto sistema in grado di alloggiare al suo interno provette con tappo perforabile.

##### **Accesso Continuo:**

Possibilità di caricare in qualunque momento campioni, reagenti e consumabili senza interrompere la lavorazione dei campioni e senza alcuna pausa, consentendo una sostanziale riduzione del TAT e degli sprechi

### **STAT mode**

Possibilità di inserire un campione urgente a seduta analitica avviata senza code di attesa.  
Rilascio del risultato in tempi certi e dichiarati.

### **Controllo automatico dell'intero processo:**

Riconoscimento positivo dei campioni, dei reattivi, dei calibratori e dei controlli tramite codice a barre, identificazione di eventuali elementi corpuscolari presenti nel campione in tempo reale (e non a fine seduta analitica) consentendo da subito l'intervento dell'operatore per l'azione correttiva necessaria, riducendo la possibilità di campioni e/o corse invalidi.

### **Interfacciabile bidirezionalmente al LIS, per la determinazione diretta del genoma di SARS-CoV-2,**

Possibilità di caricamento contemporaneo di almeno 100 campioni, con garanzia del primo risultato in meno di tre ore fino a raggiungimento di una produttività di almeno 300 campioni in otto ore e 1000 campioni in 24 ore

Strumento completamente chiuso per la sicurezza degli operatori con smaltimento automatico dei rifiuti liquidi e solidi per mezzo di idoneo contenitore

Strumento il cui peso per metro quadro non superi i 250 KG con eventuale ripartitore di carico

Tutto il sistema deve essere certificato CE-IVD

Si richiede un numero annuo di 50.000 test per un anno per una durata totale di 1+1 anni. La ditta dovrà garantire una assistenza tecnica full risk 24h/24h. Lo strumento dovrà essere interfacciato al sistema informatico DNLAB-DEDALUS

Si richiede la fornitura di tutto quanto necessario dalla provetta di analisi ai reagenti, consumabili e soluzioni varie occorrenti per la completa esecuzione del test.

### **3. Presa d'atto**

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

### **4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando :

- - Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- - Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- - il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto è quello sotto indicato :

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale .**

Quanto richiesto, deve pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento , sulla piattaforma telematica dell'Arnas.

#### **5.Tutela della privacy**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.

#### **6.Altre informazioni**

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro 08.08.2020 e dovranno essere indirizzate sempre attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione comunicazioni.

**Il Direttore FF. dell'U.O.C. Provveditorato**

**(Ing. Vincenzo Spera)**



Allegato A

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno

---

Voce A)