



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Precisazioni

In relazione alla procedura aperta per la fornitura di gara di materiale triennale di:

- filtri per emocomponenti da destinare alle Unità Operative di Medicina Trasfusionale e Emopatie Ereditarie (lotti da n.1 al n.5)
- striscette per l'analisi visuale nell'urina di 10 parametri (lotto n.6)
- fornitura di striscette per la determinazione del glucosio nel sangue con noleggio dei relativi glucometri professionali (lotto n.7)
- fornitura di reagenti per il monitoraggio terapeutico dell'everolimus e miscellanea con noleggio del relativo sistema (lotto n.8)
- fornitura di materiale di consumo con noleggio di sistemi emogasanalitici (lotto n.9)

SI FORNISCONO ALCUNI CHIARIMENTI RELATIVI AD ALCUNI QUESITI PERVENUTI

Bando di Gara - Documentazione Amministrativa punto f) 1): l'indicazione di cui al punto f.1 della documentazione amministrativa, non costituisce refuso di stampa, dovrà essere autocertificato, infatti, l'elenco delle Aziende sanitarie con cui la ditta con cui la ditta intrattiene rapporti commerciali in essere, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi date e destinatari pubblici o privati delle forniture stesse. Diverso, è il dettato di cui al punto C della documentazione amministrativa, ove ai fini della documentazione della capacità tecnica, dovrà essere autocertificato l'elenco delle principali forniture, inerenti l'oggetto della gara;

Bando di Gara - Documentazione Amministrativa punto f) 2): Si tratta dell'offerta senza prezzi, stante che, se questa viene documentata presuppone la regolarità contributiva del triennio precedente;

Bando di Gara - Documentazione Amministrativa punto f) 3): È richiesta la regolarità contributiva in corso di validità

Bando di Gara - Documentazione Amministrativa punto g): trattasi di refuso di stampa in quanto ripetizione

Bando di gara - Documentazione Tecnica - punto 5 – certificazioni Iso , la documentazione va così resa : copia autentica ai sensi del DPR 445/2000 dei certificati Iso, ove in lingua inglese con relativa traduzione giurata

Bando di gara - Documentazione Tecnica - certificazioni CE - la documentazione va firmata da chi sottoscrive l'offerta e va accompagnata con la fotocopia del documento di identità dello stesso

Si conferma che, nel caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare cauzione provvisoria unica;

La documentazione relativa al DVR va inserita nella busta della documentazione amministrativa

Contributo CIG: Ove il pagamento CIG non sia dovuto non va allegata alcuna documentazione ma viene indicato in quanto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/10, il

n. di CIG dovrà essere riportato nell'ordine e poi in fattura. Pertanto si renderà necessario ai fini della pagabilità della stessa;

Lotto n.9 – pag. 20 - Punto 13 C.S.A: “Dispositivo interfacciabile...” La società informatica è Dedalus Metafora e dovranno essere forniti due interfacciamenti: n. 1 per il laboratorio P.O. Civico ed n.1 interfacciamento per il Laboratorio P.O. Di Cristina e di cui dovrà tenersi conto nella formulazione dell'offerta economica

Lotto n. 9 – Emogas – Si richiede il paramentro Hct misurato

Lotto n. 9 – EMOGAS si precisa che relativamente al controllo di qualità, deve essere interno ed automatico, senza liquidi esterni

Si precisa infine che eventuali adeguamenti di natura tecnica, richiesti obbligatoriamente dalla legge, in corso di contratto, dovranno essere soddisfatti dalla ditta aggiudicataria senza costi aggiuntivi

Il Direttore Area Provveditorato
Nora Virga