



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE**

## **U.O.C. PROVVEDITORATO**

### **AVVISO**

#### **CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

**Oggetto: consultazione preliminare di mercato indetta dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera in acquisto o in noleggio di n. 3 colonne laparoscopiche da destinare alle UU.OO.CC. di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Oncologica e Chirurgia Generale .**

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura aperta sulla piattaforma informatica dell'Arnas per la fornitura e posa in acquisto o in noleggio di n. 3 colonne laparoscopiche da destinare alle UU.OO.CC. di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Oncologica e Chirurgia Generale.

Stante la particolare rilevanza tecnologica dell'apparecchiatura e la particolare natura tecnica della stessa, la SA ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre – fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a :

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche non siano limitanti del mercato consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici equivalenti;
- Verificare il reale prezzo di vendita sul mercato nazionale e comunitario e non il prezzo a listino;

#### **1. Luogo di realizzazione**

La fornitura dovrà essere effettuata presso le UU.OO.CC. di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Oncologica e Chirurgia Generale.

#### **2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa**

La S.A. si riserva la facoltà di decidere se stipulare un contratto d'acquisto o un contratto di noleggio per 5 anni per la fornitura e posa in opera di n. 3 colonne laparoscopiche da destinare alle suddette UU.OO.CC..

### **3. Presa d'atto**

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

### **4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, compilando il questionario/scheda tecnica allegato ed le singole parti delle caratteristiche tecniche indicando con un SI la sussistenza del requisiti tecnico in capo al prodotto offerto o in caso contrario contrassegnando con un NO e ove ritenuto necessario indicare alternative o equivalenze.

Qualora le ditte dovesse riscontrare discrasie tecniche che individuano un determinata produzione e quindi limitano la partecipazione, dovrà segnalare gli elementi limitanti accompagnando se del caso con un'adeguata relazione.

La scheda tecnica compilata come anzidetto unitamente all'elenco del venduto di pari oggetto nell'ultimo biennio con l'indicazione del luogo, dell'azienda sanitaria e del prezzo di vendita o di noleggio per 5 anni dovrà pervenire entro il 04/08/2020, all'indirizzo mail: [conto.capitale@arnascivico.it](mailto:conto.capitale@arnascivico.it). Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: " *consultazione preliminare di mercato per fornitura e posa in opera di 3 colonne laparoscopiche da destinare alle UU.OO.CC. Ginecologia Oncologica, Chirurgia Oncologica e Chirurgia Generale.* Dovrà essere formulato un doppio preventivo: uno per la fornitura in acquisto e garanzia per 24 mesi ed uno per la fornitura in noleggio per anni 5.

### **5. Tutela della privacy**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui la presente avviso esplorativo.

### **6. Altre informazioni**

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro 30/08/2020 e dovranno essere indirizzate come segue:

- le informazioni relative all'apparecchiatura dovranno essere avanzate al Dott. Vito Chiantera mail: [vito.chiantera@arnascivico.it](mailto:vito.chiantera@arnascivico.it) e p.c. [contocapitale@arnascivico.it](mailto:contocapitale@arnascivico.it) ;


**Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Arnas.**

**Palermo li 06/08/2020**

**Il Responsabile FF. dell'U.O.C. Provveditorato**

**(Ing. Vincenzo Spera)**





**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE**

Allegato A

**FAC SIMILE DI RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R.445/2000

Spett.le Arnas Civico Di Palermo

All'U.O.C. Provveditorato

Ufficio Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature

Mail: [conto.capitale@arnascivico.it](mailto:conto.capitale@arnascivico.it).

Consultazione preliminare di mercato indetta dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera in acquisto o noleggio per 5 anni di n. 3 colonne laparoscopiche da destinare alle UU.OO.CC. di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Oncologica e Chirurgia Generale

Risposta alla consultazione preliminare di mercato contenente le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/200.

Il sottoscritto-----nato a -----il -----CF-----P.Iva-----  
----- nella qualità di -----

**DICHIARA**

1. Di essere consapevole che la partecipazione alla stessa non ingenera alcun affidamento, non assicura e non preclude l'ammissione successiva procedura aperta, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura, non dà diritto ad alcun compenso e/ o rimborso e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, avrà facoltà di interrompere , sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato nonché interrompere o sospendere la procedura di prossimo avvio senza alcuna responsabilità o pretesa aspettativa né e alcun diritto da parte degli operatori economici consultati.

Ciò in quanto la presente consultazione preliminare non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ed il relativo avviso non costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. né invito a proporre offerta o a partecipare a gara.

### MANIFESTA LA DISPONIBILITA'

Dell'operatore economico a partecipare alla consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art 66 del Dlgs n. 50 /2016 e ss.ii.mm., quale fase preliminare dell'avvio della procedura aperta per il reperimento di informazioni utili alla predisposizione degli atti di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera chiavi in mano di n. 1 Tomografo Pet/CT con Tomografo Pet Digitale e tomografo CT a 128 strati compresi i lavori edili, impiantistici e protezionistici e quant'altro necessario per avere l'apparecchiatura funzionante ed ambienti realizzati a perfetta regola d'arte oltre la manutenzione full risk fino al 5° anno compreso a far data dal collaudo e verifica su tutte le componenti del sistema integrato proposto, nulla escluso (sia hardware che software) e l'implementazione di metodiche di acquisizione e/o di elaborazione affidabili e di semplice gestione attualmente non disponibili sul mercato, al fine di garantire un continuo processo di innovazione a tal fine allega :

1. Scheda tecnica prodotta dalla SA compilata corredata ove ritenuto anche da eventuali note;
2. Eventuale relazione che dovesse evidenziare gli elementi individuati e/o che limitano la partecipazione;
3. Prezzo presunto offerto di tutto il pacchetto (nessuna esclusa) delle apparecchiature in acquisto ed in noleggio;
4. Elenco del venduto e noleggiato della stessa identica tipologia di apparecchiature sul territorio nazionale e comunitario dell'ultimo biennio con l'indicazione dell'Azienda sanitaria pubblica o privata di destinazione e del relativo prezzo di vendita Iva esclusa;
5. Copia del documento di identità.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante della ditta

\_\_\_\_\_

Ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. il sottoscritto autorizza l'Arnas Civico di Palermo al trattamento dei dati personali per le sole finalità relative al trattamento dei dati personali nel rispetto della citata norma per le finalità strettamente necessarie all'espletamento della attività connesse alla consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del codice dei contratti pubblici per la fornitura e posa in opera in acquisto o noleggio per 5 anni di n. 3 colonne laparoscopiche da destinare alle UU.OO.CC. di Ginecologia Oncologica, Chirurgia Oncologica e Chirurgia Generale.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato circa i diritti di cui agli artt da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 e di essere a conoscenza che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui alla presnete procedura.

Il legale rappresentante della ditta

\_\_\_\_\_

**n. 3 COLONNE LAPAROSCOPICHE DA DESTINARE ALLE UU.OO.CC. . DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA, CHIRURGIA ONCOLOGICA E CHIRURGIA**

SCHEDA TECNICA

La configurazione base è uguale per tutte e 3 le colonne, le ottiche e i laparoscopi sono descritti separatamente

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Sistema laparoscopico D D e ICGK con upgrade gratuito e tecnologia 3D – 4K- ICG		
2. Sorgente luce a Led free con modalità near infrared $\geq$ a 300 Watt		
3. Visualizzazione della fluorescenza in modalità overlay con sovrapposizione in tempo reale		
4. Visualizzazione della fluorescenza su scala di densità con sovrapposizione in tempo reale		
5. Visualizzazione della fluorescenza in monocromatico		
6. Monitor principale 3D - 4 K $\geq$ 55 pollici completo di stand		
7. Monitor secondario 3 D – 4K $\geq$ 31 Pollici montato sulla colonna		
8. Sistema di archiviazione immagini e video in modalità 3D e 4 K con visualizzazione da remoto		
9. Insufflatore CO2 $\geq$ 50 litri		
10. Carrello alloggiamento attrezzature		
<b>Ottiche e laparoscopi per Ginecologia Oncologica</b>		
11. N. 2 ottiche 0 gradi 4 K 10 mm		
Uno o due video laparoscopi 3D – 4K 0 gradi (con upgrade gratuito a 3 D – 4K – ICG) 10 mm		
<b>Ottiche e laparoscopi per Chirurgia Oncologica</b>		
12. Due ottiche 30 gradi 4 K 10 mm		
13. Uno o due video laparoscopi 3D – 4K 30 gradi (con upgrade gratuito a 3 D – 4K – ICG) 10 mm		
<b>14. Ottiche e laparoscopi per Chirurgia Oncologica</b>		
15. Due ottiche 30 gradi 4 K 10 mm		
16. Uno o due video laparoscopi 3D – 4K 30 gradi (con upgrade gratuito a 3 D –		

