



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE**



U.O.C. PROVVEDITORATO

AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per la fornitura di strumentario chirurgico occorrenti all'UOC di Chirurgia Vascolare dell'Arnas .

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul MEPA per la fornitura di strumentario chirurgico occorrenti all'UOC di Chirurgia Vascolare , da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

1. Luogo di realizzazione

La fornitura avverrà mediante la consegna dei prodotti presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa

Fornitura di strumentario chirurgico occorrenti all'UOC di Chirurgia Vascolare, meglio descritti nell'allegato alla presente contraddistinto con la lettera A.

Si rappresenta altresì che i codici REF indicati per ciascuna voce sono puramente indicativi, pertanto non vincolanti per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, si ribadisce che è consentita la proposta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti.

3. Presa d'atto

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando:

- - Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- - Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- - il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto è quello sotto indicato:

Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale.

Quanto richiesto, deve pervenire solo ed esclusivamente, entro il 11.09.2020, attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas.

5.Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.

6.Altre informazioni

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro il 11.09.2020 e dovranno essere indirizzate sempre ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione avvisi (riferimento oggetto consultazione) ed attraverso la funzione comunicazioni.

Il Direttore FF. dell'U.O.C. Provveditorato

(Ing. Vincenzo Spera)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Spera', is written over a horizontal line that extends across the width of the signature.

Capitolato tecnico/scheda fabbisogno

I codici REF indicati per ciascuna voce sono puramente indicativi , pertanto non vincolanti per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, si ribadisce che è consentita la proposta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti

TIPO SCANLAN E/O EQUIVALENTE

Microportaghi Ryder in titanio retto con micropunta in polvere di diamante impugnatura ad anelli da 19 cm Cod. 3003-434.....n. 2 Pz.

Micro Clamp Kitzmiller, morso angolato a sinistra DeBakey, lunghezza morso 23 mm, 11 cm Cod. 3003-628.....n. 4 Pz.

Micro Clamp Kitzmiller in titanio, morso DeBakey angolato a destra, lunghezza morso 23 mm, 11 cm Cod. 3003-630.....n. 4 Pz.

Micro pinza Legacy in titanio, morso ad anelli da 1 mm e piattaforma in polvere di diamante, impugnatura estesa a 10 cm antiscivolamento, lunghezza cm 21 Cod. 3003-924.....n. 2 Pz.

Micro pinza in titanio Legacy con doppia guida anti accavallamento, manico rotondo esteso con micro morso retto affusolato De Bakey da 1 mm, lunghezza cm 21 Cod. 3003-934.....n. 2 Pz.

Micro portaghi in titanio con morso in polvere di diamante extra fine per sutura 7/0 manico ad anelli con chiusura one by multipla lunghezza 19 cm Cod. 3003-454.....n. 2 Pz.

Micro portaghi in acciaio inox 420, morsi in polvere di Diamante sagomati, impugnatura ad anelli con chiusura one by multipla. Lungh. 33,5 cm. Cod. 6006-33.....n. 2 Pz.

Porta aghi Fell in acciaio medicale 420 con impugnatura ad anelli Gold Handle, morso retto in carbonio e chiusura one by multipla da 2mm per sutura 3/0-4/0, chiusura con blocco lunghezza cm 27 Cod. 6006-17.....n. 2 Pz.

Micro Porta aghi in acciaio medicale 420 con impugnatura ad anelli, morso Diamond Dust in polvere di diamante per sutura 5/0-4/0, chiusura one by multipla lunghezza cm 18.5 Cod. 6006-32.....n. 2 Pz.

Forbici Metzenbaum in acciaio medicale 420 lame curve con punte smusse da 2.5 mm a taglio differenziato , impugnatura ad anelli Black platinum cm 18.Cod. 7007-218-3SC.....n. 2 Pz.

Forbici Metzenbaum in acciaio medicale 420 lame curve con taglio differenziato, impugnatura ad anelli Black platinum cm 2 Cod. 7007-222 SC.....n. 2 Pz.

Forbici De Bakey dedicata per Endoarterectomia carotidea in acciaio medicale 420. Angolata a 45°, lame smusse a taglio differenziato, impugnatura ad anelli Black Platinum, lunghezza cm 1 Cod. 7007-320 SC.....n. 2 Pz.

Forbice di lillehei- potts in acciaio medicale 420 lame curve con taglio differenziato, impugnatura ad anelli Black platinum cm 1 Cod. 7007-266 SC.....n. 2 Pz.

Forbice di Stevens tenotomy in acciaio medicale 420 lame curve ed affusolate con taglio differenziato, impugnatura ad anelli Black platinum cm 18 Cod. 7007-211 SC.....n. 2 Pz.

Forbici Metzenbaum in acciaio medicale 420 lame curve con taglio differenziato, impugnatura ad anelli Black platinum cm 26 Cod. 7007-224 SC.....n. 2 Pz.

Clamps multi- purpose con morso angolato de bakey 60 ° DA CM 6 in acciaio 420 medicale manico ad anelli con chiusura one by multipla lunghezza cm 23 Cod. 2002-14.....n. 2 Pz.

Clamps per aneurisma aortico morso de bakey full curve da 5 cm in acciaio 420 medicale manico ad anelli chiusura one by multipla lunghezza 27,3 cm Cod. 2002-22.....n. 2 Pz.

Clamps per aneurisma aortico morso de bakey retto da 7 ,5 cm in acciaio 420 medicale manico ad anelli chiusura one by multipla lunghezza 28 cm Cod. 2002-50.....n. 2 Pz.

Clamps di chitwood in acciaio medicale 420 morso da 10 ccm de bakey curvo , con apertura monolaterale, stelo da 10 mm , manico ad anelli con chiusura one by multipla, lunghezza 36 cm Cod. 9909-232.....n. 2 Pz.

Clamps in titanio con morso a serraggio parallelo, doppia curvatura da 2,5 cm manico leggermente curvo ad anelli con chiusura one by multipla lunghezza 25,4 cm Cod. 3003-80.....n. 2 Pz.

Forbici Diethic-Potts Cod. 7007 -252 sc n. 5 pezzi

Forbici Diethic-Potts Cod. 7007 -320 sc n. 5 pezzi

Pinze De Bakey 15 cm Cod. 102-9300 n. 6 Pezzi

Pinze De Bakey 20 cm Cod. 102-9314 n. 6 Pezzi

Sega Gigli Cod. 125-19160 n. 4 Pezzi

Sega Gigli Cod. 125-19150 n. 20 Pezzi

Portaghi Micro per suture da 7/0 in su, lunghezza 210mm rivestito in nitrato di titanio nero anti riflesso con morso in polvere di diamante. Sistema di chiusura congiunto anti Incattivimento dei fili ed impugnatura golf ball n. 2 Pezzi

Retratore radiotrasparente in polimero rinforzato con fibre di carbonio 255mmx100x40mm n. 2 Pezzi

Pinza bipolare irrigata di Belghiti 210mm completa di cavo n.2 Pezzi

Pinza Micro con anello Ø1mm lunghezza 210mm con sistema di bilanciamento ed impugnatura golf ball, rivestita in nitrato di titanio nero antiriflesso con morso in polvere di diamante n. 1 Pezzo

Perforated basket 406x253x56mm n. 1 Pezzo

Silicone divider 243x41mm n. 2 Pezzi

Fixation pin n. 10 Pezzi

Instrument rack 240x40 n. 2 Pezzi

Perforated basket Lid 410x257mm n. 1 Pezzo

Forbici Micro lunghezza 165mm con lama di precisione 10mm, rivestite in nitrato di titanio nero anti riflesso. Sistema di chiusura congiunto anti Incattivimento dei fili ed impugnatura golf ball. Taglio curvo n. 1 Pezzo

Forbici Micro lunghezza 165mm con lama di precisione 10mm, rivestite in nitrato di titanio nero anti riflesso. Sistema di chiusura congiunto anti Incattivimento dei fili ed impugnatura golf ball. Taglio angolato 45° n. 1 Pezzo

Forbici Micro lunghezza 165mm con lama di precisione 10mm, rivestite in nitrato di titanio nero anti riflesso. Sistema di chiusura congiunto anti Incattivimento dei fili ed impugnatura golf ball. Taglio angolato 60° n. 1 Pezzo

Forbici Micro lunghezza 165mm con lama di precisione 10mm, rivestite in nitrato di titanio nero anti riflesso. Sistema di chiusura congiunto anti Incattivimento dei fili ed impugnatura golf ball. Taglio angolato 125° n. 1 Pezzo