**n. 1 apparecchio ESWL DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI UROLOGIA**

SCHEDA TECNICA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO | EVENTUALI NOTE |
|---|---|---|
| 1. Apparecchio ad elettroconduzione per frammentazione molto fine | | |
| 2. Profondità di trattamento fino a 210 mm | | |
| 3. Dotato di puntamento ecografico e radiografico | | |
| 4. Intensificatore integrato di 15 KW | | |
| 5. Centramento X-Ray robotizzato e motorizzato | | |
| 6. Doppia visualizzazione (ecografica e RX –scopia) durante il trattamento | | |
| 7. Lettino urologico per contestuale manovre endourologiche integrato da gambali gambali | | |

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 7 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

| DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA | PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA | ANNO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |