

SCHEDA TECNICA N. 1 MONITOR + N.1 TELECAMERA PER L'U.O. DI CHIRURGIA TORACICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE nel caso di caratteristiche non collimanti
<p>1. MONITOR di grado medicale di circa 31", risoluzione UHD con retroilluminazione a Led, scocca sigillata per evitare l'ingresso della polvere e facilitare la pulizia. Angoli smussati.</p>	
<p>2. TELECAMERA 4K: controller con risoluzione 4K, elaborazione del segnale in 4 K già dalla testina. Impostazioni programmabili e memorizzabili individualmente dagli utenti o per applicazioni particolari. Generatore di testo per inserimento dei dati del paziente. Display touchscreen sul frontale del controller per l'accesso diretto alle impostazioni principali e menù On-Screen-Display. Acquisizione diretta di foto e filmati con risoluzione 1920 x 1080 su supporti USB anche di sorgenti esterne. Segnali in uscita con risoluzione 4K e full hd. Software per l'elaborazione delle immagini per migliorare la differenziazione dei tessuti ottimizzando le zone sotto e sopra esposte, il contrasto e sulla colorazione. Tastiera per inserimento dati paziente.</p>	
<p>3. Testina 3 cmos: Testina telecamera 3cmos con risoluzione UHD a 60Hz in formato 16/9 già in acquisizione. Testina a passo C con obiettivo zoom, in metallo per una migliore dissipazione del calore, autoclavabile. 2 pulsanti testina programmabili per controllo remoto.</p>	