SCHEDA TECNICA N. 1 sistema diagnostico Video per l'U.O. di OTORINOLARINGOIATRIA

- N° 1 Processore video dotato di uscite 2D digitali 4K e FullHD di tipo 3G-SDI e HD-SDI. Il sistema deve essere dotato di Narrow Band Imaging o simile. ;
- N° 1 Fonte di luce Xenon da 300W o simile con lampada di emergenza;
- N°1 Testa di telecamera 4K con almeno tre pulsanti per il controllo remoto delle funzioni della centralina;
- N° 1 Monitor Medico LCD da 31" con definizione 4K ;
- N°2 Cavo luce, diametro mm.2,8x3m;
- N°4 Ottica ULTRA HD, lunghezza operativa circa 18cm, diametro 4mm, angolazione 0 gradi;
- N°1 Ottica ULTRA HD, lunghezza operativa circa 18cm, diametro 4mm, angolazione 30 gradi;
- N°4 Ottica ULTRA HD, lunghezza operativa circa 18cm, diametro 4mm, angolazione 45 gradi;
- N°1 Registratore esterno FULL HD, controllo tramite pannello touch screen con salvataggio sia su disco interno, sia su supporto USB e memoria esterna;
- N°1 Carrello medico porta apparecchiature con trasformatore di isolamento completo di braccio snodato porta monitor con 4 ripiani, 4 ruote antistatiche, piroettanti.

Nel caso in cui nella presente scheda tecnica fossero presenti caratteristiche tecniche non collimanti, si invita a volerle segnalare una per una, indicando quelle possedute in alternativa dalla Ditta.