

N. 1 GENERATORE ELETTROCHIRURGICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Potenza di taglio di circa 400 w al carico nominale		
2. N. 2 uscite monopolari e 2 uscite bipolari indipendenti		
3. Taglio monopolare con vari effetti applicabili di coagulo		
4. Taglio bipolare		
5. Coagulazione monopolare a contatto e non a contatto		
6. Coagulazione bipolare		
7. Utilizzo di 2 manipoli attivabili contemporaneamente		
8. Memorizzazione settaggi assegnando il nome di programma		
9. Regolazione automatica della potenza erogata in funzione dell'impedenza del tessuto		
10. Piastre monouso bipartite		
11. Regolazione della potenza impostata in valore assoluto		
12. Parte applicata flottante di tipo CF		
13. Pedale a doppio comando indipendente per attivazione del coagulo monopolare e /o bipolare		
14. Pedale a doppio comando indipendente per attivazione del taglio del coagulo monopolare e/o bipolare		
15. Sistema attivazione aspira fumi		
16. Il collegamento dei manipoli e delle piastre deve avvenire senza utilizzo di riduttori/adattatori		
17. Riconoscimento degli strumenti collegati con auto settaggio del programma dedicato ad essi		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

