

N. 1 MONITOR DA DESTINARE ALL'U.O.C. ORL

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. ECG e Spo2 a display		
2. Display di piccole dimensioni, chiaro e intuitivo. Dimensioni orientative 28 x 19 x 18cm circa		
3. Salvataggio ed archiviazione di circa 400 misurazioni NIBP		
4. Funzionamento con batteria ricaricabile		
5. Privo di connettore in entrata DC 12 – 18 V e che ne consente l'utilizzo sui mezzi di trasporto		
6. Batteria ricaricabile		
7. Bracciale per adulti NIBP		
8. Sensore temperatura		
9. Sonda adulti Spo2		
10. Cavo ECG		
11. NIBP con metodo oscillo metrico		
12. Modalità di misurazione pressione sanguigna: manuale, auto, STAI		
13. Sistolica adulti		
14. Pressione arteriosa principale adulti		
15. Diastolica Adulti		
16. Spo2 % campo di saturazione 0% - 99%		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 16 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

