

N. 3 COLOSCOPI DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI GINECOLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Colposcopio di ultima generazione con corpo ottico esteso stereo e tubo binoculare inclinato a 45°		
2. Regolazione diottrie +5-5 D		
3. Lente frontale focale 30 cm e lente frontale 25 cm		
4. Meccanismo di ingrandimenti a zoom		
5. Ingrandimenti effettivi da 3x a 18x		
6. Illuminazione a luce fredda con tecnologia led, flusso luminoso equivalente a 150 W		
7. Oculari 10x		
8. Regolazione del fuoco fine con comando a destra e a sinistra		
9. Filtro verde inseribile sul corpo ottico		
10. Stativo su ruote con braccio a pantografo, base a cinque razze e blocchi rotazione		
11. Videocamera a colori 1CCD ad alta definizione, Y/C (S – Video) , DVI		
12. Sistema di archiviazione composto da computer all in one incorporato nel colposcopio su supporto girevole con schermo touch screen non inferiore a 21", processore da 3,5 Ghz, SSd 500 Gb, 8 Gb RAM, tastiera		
13. Software di refertazione assistita specifico per la colposcopia realizzato secondo le linee guida in vigore con trattamento di testo, immagini e filmati		
14. Pedale senza fili per acquisizione di foto ed immagini		
15. Trasformatore di isolamento incorporato nel colposcopio per alimentare gli accessori foto - video		
16. Stampante a colori A4 con collegamento WI-Fi diretto al pc		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

