

N. 1 SISTEMA INTEGRATO CON DOPPIO MONITOR DA DESTINARE ALL'U.O.C. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO GERIATRICO RIABILITATIVO

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Analisi accurata di: dati personali di sistole e diasistole		
2. HR		
3. MAP		
4. Pressione d'impulso		
5. Distribuzione temporale		
6. Tabella oraria (ABS SYS, ABP DIA, PP, MAP, HR)		
7. Grafici a torta		
8. Elaborazione statistica (SYS, DIA, MAP, PP, Doppi prodotto, Incidenza Iperbarica, Indice AASI, Indice Diurno, Stato Dipper, Morning Surge)		
9. Istogrammi (ABP SYS, ABP DIA, MAP, HR/tempo: colorazione over limits)		
10. Diagrammi		
11. Correlazioni (SYS/R, DIA/HR, DIA/SYS)		
12. Report conclusioni automatico e personalizzazione		
13. Stampa formati DICOM, PDF, JPG		
14. Reports a colori		
15. Esportazione GDT, HL		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 14 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

