

N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Monitor modulare con schermo TFT touch screen a colori ad alta risoluzione da 15" circa		
2. Allarmi su 3 livelli selezionabili dall'operatore		
3. Monitoraggio ECG a 3,5, e 7 derivazioni, con eventuale estensione a 12 derivazioni ECG		
4. SPO2 duale per il monitoraggio in contemporanea con due sonde		
5. Indice di perfusione		
6. Analisi del tratto Qt/QtC		
7. Analisi del tratto ST		
8. Analisi di fino a 19 aritmie ECG		
9. 3 slot liberi integrati nel monitor per moduli monoparametrici aggiuntivi		
10. 90 ora circa di tracciati in Full Disclosure		
11. Modulo gas per il monitoraggio dei gas anestetici		
12. 12 forme d'onda visualizzabili a display		
13. WiFi integrato		
14. n.. 2 canali di pressione cruenta		

**Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%**

**NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 14 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO