N. 1 CONCENTRATORE DI CAMPIONI A FLUSSO DI AZOTO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Aghi in acciaio per concentratore di campioni di lunghezza mm76 circa confezione da 100 pezzi		
2. Riscaldatore a blocchi (per 3 blochi) digitale con range di temperatura da + 8° circa a 130 °C circa		
3. Stabilità temperatura all'interno del blocco a 37 C° ± 0.1° C		
4. Uniformità della temperatura all'interno del blocco a 37 C° ± 0.1° C		
5. Uniformità della temperatura all'interno del blocco a 130 C° ± 0.1° C		
6. Risoluzione display 0.1 °C circa		
7. N. 2 Blocchi in alluminio per 20 posti provette diam. 12 mm		
8. N. 2 blocchi in alluminio per 12 posti provette diam. 16 mm		
9. N. 2 blocchi in alluminio per 20 posti vials diam. 10 mm		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL MIGLIOR COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 9 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

INDICARE IL MIGLIOR COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA DI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI DI PARI OGGETTO PRATICATI NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO