

N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA VENTILATO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI IN AMBIENTI DI LAVORO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA PEDIATRICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. In lamiera d'acciaio con spessore circa 1/1,5 mm		
2. Coibentazione con pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibroceramica) per alte temperature		
3. Pannelli di finitura interna in materiale resistente ai vapori		
4. Chiusura idraulica delle porta con temperatura a 47°C		
5. Serratura con chiave di blocco delle porte		
6. Piedini regolabili		
7. Valvole di chiusura automatiche (70°C) dei prodotti di ingresso ed uscita aria		
8. Cerniera anti scintilla		
9. Guarnizione termo dilatante		
10. 3 ripiani a vassoio in acciaio		
11. Portata 80 Kg		
12. Dimensioni 1093x420x40 circa regolabile in altezza		
13. Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità circa 45 L		
14. Morsetto di terra per prevenire cariche elettrostatiche		
15. Dimensioni esterne circa 1200x600x1950 mm		
16. Totale copertura da lamiera d'acciaio verniciato		
17. Su tutti i lati angoli dei ripiani saldati per evitare versamenti		

**NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.**

