

N. 1 IMPEDENZIOMETRO CLINICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. OTORINOLARINGOITARIA

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Timponometria automatica e manuale A 226, 687, 800 e 1 K Hz,		
2. Timpanometria multi componente (B, G, Y)		
3. Test automatico e manuale riflessi acustici Ipsi/contra		
4. Decadimento del riflesso		
5. Latenza riflessi		
6. ETF con membrana timpanica, intatta e perforata		
7. Sequenze automatiche di test Quick A e Quinck B		
8. Unità di controllo con sonda		
9. Cuffia DD45 singola con archetto		
10. Cavità di test		
11. Tappini assortiti		
12. Supporti da polso e da spalla per unità di controllo		
13. Software per la gestione integrata dei sistemi audiometrici		
14. Cartella clinica audiologica		
15. Stampante termica a display led		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10% arrotondato all'unità superiore

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 15 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO