

N. 1 APPARECCHIO ESAME URODINAMICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Uroflussimetro con trasduttore di peso (range di flusso: 0-500 ml/s circa, vol. 0- 1000 ml circa)		
2. Trasduttori di pressione (a colonna d'acqua, monouso o riutilizzabile con cupola campo di misura -50/+250 cm H ₂ O circa)		
3. Pompa infusione preristaltica cistometrica intervallo: 0,5 - 150 ml/min. circa		
4. Sistema hardware di controllo PC: UFM cistomanometria di riempimento e minzione Studio pressione flusso, analisi, Schaffer, Chess, A-G, Ics, Blaivas, Stress profile, Leak Point Pressure (Alpp, VLPP, CLPP)		
5. Sistema EMG con canale - Misura: moduli esterni con preamplificazione integrato su cavo con elettrodi sostituibili frequenza: 1H - 10KHz circa (-6 dB) sensibilità 50- 500 uV circa		
6. Comoda di minzione		
7. Carrello fornito di asta porta flebo, per unità di acquisizione, modulo con i trasduttori di pressione e pompa di infusione peristaltica		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

