N. 1 AUDIOMETRO CLINICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. OTORINOLARINGOITARIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Autothreshold, audiometria vocale, ABLB, SISI, DLI, Tone Decay, Stenger, Mosater hearing Aid, TEN test, memoria flash interna per il materiale vocale, - VA, VO, mascheramento e FF.		
2. Tono puro e tono Warble		
3. Passo attenuatore 1 e db continua e pulsata		
4. Completo di : cuffie DD45; vibratore osseo B71; cuffie monitor con microfono microfono a clip per talk nack		
5. Pulsante paziente		
6. Software per la getsione integrata dei sistemi audiometrici e cartella clinica audiologica con data base integrato		
7. Stampante termica integrata e display led		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10% arrotondato all0unità superiore

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 7 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO