

N. 1 APPARECCHIO PER CRIOterapia DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI OCULISTICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Alimentazione con gas NO2 oppure CO2 di tipo medicale		
2. Range di temperatura applicata sa – 30 a – 60 C° circa		
3. Controllo e impostazione della temperatura della criosonda		
4. Pressione di esercizio compresa nel range da 0 a 70 bar circa		
5. Impostazione del tempo di trattamento da 1 a 60 secondi circa		
6. Tutte le impostazioni compreso lo stato del sistema, il venting, il tempo di applicazione devono essere visibili su uno schermo a cristalli liquidi con regolazione del contrasto per meglio adattarla alla luminosità della sala operatoria		
7. Criosonde specifiche per il trattamento della retina (di forma sferica, a spatola, a T) della cataratta, del glaucoma e per il trattamento endovitreal		
8. Completadi pedale, cavo di collegamento alla bombola e filtro e n. 4 sonde: 1. N. 2 sonde sferiche 2. N. 1 sonda glaucoma 3. N. 1 sonda a T		
9. Carrello porta strumenti e porta bombola		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

