

N. 2 OTTOTIPO A SCHERMO PIATTO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI OCULISTICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Schermo LCD/LED almeno 19 "		
2. Test per tutti gli esami UNI En 8596-8597		
3. Lettore di Sloan, anelli di Landolt, e di Albin, simboli per bambini e numeri		
4. Range minimo misura acuità visiva: da 0.5/10 a 20/100 Monoyer in progressione LogMar		
5. Modalità di presentazione lettera singola, linea orizzontale e verticale e EDTRS e simboli di affollamento		
6. Ottotipi a basso e alto contrasto		
7. Valutazione della soglia sensibilità al contrasto		
8. Test morfoscopici a contrasto variabile		
9. Livelli contrasto Pelli – Robson, Small letter, Contrast test		
10. Test per la valutazione delle discromatopsie		
11. Test acuità visiva per ipovedenti		
12. Metodo psicofisico QUEST per la determinazione della soglia di contrasto		
13. Presenza di telecomando, senza filo, per la gestione del sistema		
14. Attacco a muro		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 5 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

