

N. 1 CONGELATORE FARMACI DA DESTINARE ALL'U.O.C. FARMACIA CIVICO

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Congelatore biologico di tipo verticale conforme alle direttive CE e alle normative tecniche vigenti		
2. Campo Temperatura di esercizio - 10°C/-25°C		
3. Capacità >= 450 lt		
4. Dimensioni massime larghezza 80 - Profondità 90 -altezza 220 cm		
5. Piedi regolabili senza utilizzo di utensili		
6. Porta cieca con maniglia ergonomica per apertura e dotazione di serratura a chiave.		
7. Illuminazione interna		
8. Allestimento interno >= 4 ripiani		
9. Allarmi acustici e visivi per temperature e guasti con registrazione automatica		
10. Display digitale per indicazione temperature ed allarmi		
11. Registrazione eventi su SD o memoria scaricabile tramite porta USB		
12. Predisposizione per sonda di monitoraggio esterno		
13. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa		
14. Evaporatore di tipo ventilato, alettato con motoventilatore a ventola elicoidale. Questo sistema a circolazione forzata dell'aria permette di mantenere uniforme la temperatura all'interno del vano. Ad apertura della porta il motoventilatore si arresta automaticamente per evitare la fuoriuscita del freddo		
15. Sistema di raffreddamento a monoblocco esterno con isolamento schiumato per una lunga durata nel tempo. Monoblocco composto da compressore ermetico silenzioso a		

circuito chiuso, con protettore termico e sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore a ventola elicoidale (adatto ai climi tropicali temp amb. $\leq +38^{\circ}\text{C}$)

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

[illegible]