

N. 1 APPARECCHIO PER ESAME ISTEROSCOPICO AMBULATORIALE DA DESTINARE ALL'U.O.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Monitor di grado medicale da 21" Full HD		
2. N. 1 centralina telecamera HDTV con inserimento di testine sia mono CCD che 2 CCD e strumenti video		
3. Programmi e set personalizzabili e registrazione immagini direttamente su supporto USB		
4. Connessione a strumenti rigidi e video flessibili con alimentazione dedicata per i sistemi video a LED		
5. Testina autoclavabile e compatibile con i sistemi Steis e STErrad,		
6. mono CCD HDTV con zoom ottico F=13 – 29 mm, lunghezza cavo 3 mt, due tasti programmabili		
7. generatore di luce a led con modulo a led da 80 W circa (equivalente xenon da 300 W)		
8. regolazione della luce manuale ed automatica		
9. accensione spegnimento dalla testina		
10. aggancio cavi luce di diverse marche		
11. durata del gruppo led di 30000 ore		
12. temperatura colore 6500° K costante		
13. n. computer da tavolo con stampante a colori		
14. n. 1 carrello con 4 ruote di cui 2 frenanti. Almeno 4 ripiani, cassetto, staffa porta monitor con attacco Vesa 100, sta porta sacche, un trasformatore d'isolamento e 8 prese bloccate		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

