N. 1 MONITOR DI RILANCI 3 D DA DESTINARE ALL'U.O.C. GINECOLOGIA ONCOLOGICA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Monitor medicale 32" circa 3d, Full Hd 1920x1080 per una trasmissione segnale Full HD progettata per operazioni su distanze superiori a 10 mt		
2. Trasmissione immagini in 2D e 3 D retroilluminazione a LED con sistema antiriflesso con filtro di polarizzazione		
3. Sistema di trasmissione wireless del segnale 3D Full Hd		
4. Completo di stativo su ruote dedicato		
5. Inpuuts: 2 DVI, 2 3G- SDI, 1 RGBS, 1s-Video, 1 composito		
6. Outputs: 1 DVI, 2 3 G-SDI, 1Rgbs, 1 s – Video, 1 composto		
7. Occhiali di polarizzazione 3 D antiappannanti con rivestimento in antifog o equivalente		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 7 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI PRATICATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO