

SCHEDA TECNICA N. 1 NASOFARINGOSCOPIO DIAGNOSTICO

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
1. Diametro distale 3,4 mm		
2. lunghezza 320 mm circa		
2. 3. angolo di curvatura 130° circa		
3. 4. profondità di campo 1-50 mm		
5. completo di cavo luce da 3 metri		