

SCHEDA TECNICA N. 2 SATURIMETRI U.O.C. Cardiologia Pediatrica

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
1. Funzionamento a batteria °C		
2. Display a colori Oled con indicazione SPO2 e FC		
3.Sonda utilizzo per pazienti pediatrici riutilizzabile		
4. Sonda utilizzo per pazienti adulti riutilizzabile		
5.Tecnologia Bluetooth wireles con trasmissione dati a PC		
6. Possibilità di rilevare SO2 , Frequenza Cardiaca, PI e curva pletismografica		
7. Precisione SO2 2 +/- 3% campo da 70 a 100%		