



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

001162

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata n. 9 lotti per la fornitura e posa in opera apparecchiature varie da destinare a diverse UU.OO.CC. da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. NUMERO GARA ANAC 7913726 – CUP J71B20000540002

1 . PREMESSE

Con delibera n. del, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 DLGS 50/16, la procedura di gara sul MEPA per la fornitura e posa in opera di apparecchiature varie da destinare a diverse UU.OO.CC. di seguito meglio specificate da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata sul MEPA e con

applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.

I luoghi di svolgimento delle consegne delle forniture sono specificatamente individuati di seguito- codice NUTS ITG12

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Chiara Giannobile.

2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Capitolato speciale con annesse schede tecniche;

Avviso di gara;

Disciplinare di gara;

Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;

Modello dichiarazione in materia di flussi;

Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;

CODICE ETICO adottato dall'Arnas;

DGUE.

Sul sito Internet www.arnascivico.it verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n.;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA nell'apposita sezione riservata: "COMUNICAZIONI" entro

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri , l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

3 . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è articolato in 9 lotti:

Procedura articolata in 9 lotti:

- Lotto n. 1: n. 4 misuratori di lattato da destinare da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna ad Indirizzo Geriatrico Riabilitativo importo a base di gara €. 2.500,00 oltre Iva, CIG 847625393F – CPV 38410000-2 ;
- Lotto n. 2: n. 1 impedenziometro per analisi diretta di impedenza corporea a multifrequenza con carrello da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna ad Indirizzo Geriatrico Riabilitativo – importo a base di gara €. 10.000,00 oltre Iva, CIG 8476280F85 – CPV 33190000;
- Lotto n. 3: n. n. 1 armadio di sicurezza ventilato per sostanze chimiche destinare all'U.O.C. di Patologia Clinica Pediatrica– importo a base di gara €. 4.400,00 oltre Iva, CIG 84763465FF - CPV 39122100-4;
- Lotto n. 4: n. 1 cabina silente da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria - €. 6.500,00 oltre Iva, CIG 84767367D5 – CPV 36000000;
- Lotto 5: n. apparecchio per emissione oto acustiche da destinare all'U.O.C. di Neonatologia con Utin importo a base di gara €.8.000,00 oltre Iva, CIG 847675250° - CPV 38434540-3;
- Lotto n. 6: n. 1 densitometro osseo da destinare all'U.O.C. di Radiologia – importo a base di gara €. 37.500,00 oltre Iva – GIC 8476756856 CPV 33111700-8;
- Lotto n. 7: n. 2 lampade scialitiche da destinare all'U.O.C. di Chirurgia Plastica – importo a base di gara €. 24.000,00 oltre Iva – CIG8476766099 – CPV 31524110-9;
- Lotto n. 8: n. 1 generatore multidisciplinare da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo a base di gara €. 20.000,00 oltre Iva – CIG 84768348B4 – CPV 33141000-0;
- Lotto n. 9: n. 1 monitor per I da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo a

base di gara €. 12.000,00 oltre iva – CIG 8476861EFA CPV 32323300-6;

NON SONO PREVISTI ONERI PER LA SICUREZZA.

Le forniture sono finanziate con fondi di bilancio.

4 . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

5 . REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui l'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i certificati camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

n. 2 dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco delle principali forniture di attrezzature sanitarie effettuate negli ultimi 2 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro

concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice , ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere formulata per singolo lotto.

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, deve inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n.....) e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro il

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezioni di pertinenza relative dunque " al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed economica.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) DGUE;

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa,

dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica del/i sottoscrittore/i;

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;

f) eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);

g) cauzione provvisoria;

h) eventuali copie delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 che ne dichiara il possesso da produrre in allegato alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto g).

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Depliant illustrativi;

- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto;

- Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione qualitativo con indicazione anche in questo caso di numero e pagina;

- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura;

- Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello;

- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti.

I suddetti documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo il precedente elenco da 1 a 6.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **economica**:

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo.

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data

certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il modello All."A".

13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato

PARTE I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

PARTE II

Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti..

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla

parte VI;

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 12;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Parte III

Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B – C - D).].

Parte IV

Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria di cui al par 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI

Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IL _____

Alu B4



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

001162

**CAPITOLATO
SPECIALE**

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata n. 9 lotti per la fornitura e posa in opera di apparecchiature varie da destinare a diverse UU.OO.CC. da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

Procedura articolata in 9 lotti:

- Lotto n. 1: n. 4 misuratori di lattato da destinare da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna ad Indirizzo Geriatrico Riabilitativo importo a base di gara €. 2.500,00 oltre Iva, CIG 847625393F – CPV 38410000-2 ;
- Lotto n. 2: n. 1 impedenziometro per analisi diretta di impedenza corporea a multifrequenza con carrello da destinare all'U.O.C. di Medicina Interna ad Indirizzo Geriatrico Riabilitativo – importo a base di gara €. 10.000,00 oltre Iva, CIG 8476280F85 – CPV 33190000;
- Lotto n. 3: n. n. 1 armadio di sicurezza ventilato per sostanze chimiche destinare all'U.O.C. di Patologia Clinica Pediatrica– importo a base di gara €. 4.400,00 oltre Iva, CIG 84763465FF - CPV 39122100-4;
- Lotto n. 4: n. 1 cabina silente da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria - €. 6.500,00 oltre Iva, CIG 84767367D5 – CPV 36000000;
- Lotto 5: n. apparecchio per emissione oto acustiche da destinare all'U.O.C. di Neonatologia con Utin importo a base di gara €.8.000,00 oltre Iva, CIG 847675250° - CPV 38434540-3;
- Lotto n. 6: n. 1 densitometro osseo da destinare all'U.O.C. di Radiologia – importo a base di gara €. 37.500,00 oltre Iva – GIC 8476756856 CPV 33111700-8;
- Lotto n. 7: n. 2 lampade scialitiche da destinare all'U.O.C. di Chirurgia Plastica – importo a base di gara €. 24.000,00 oltre Iva – CIG8476766099 – CPV 31524110-9;
- Lotto n. 8: n. 1 generatore multidisciplinare da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo a base di gara €. 20.000,00 oltre Iva – CIG 84768348B4 – CPV 33141000-0;

- Lotto n. 9: n. 1 monitor per I da destinare all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria – importo a base di gara €. 12.000,00 oltre iva – CIG 8476861EFA CPV 32323300-6;

Fonte di finanziamento: D.A: 658/2020.

Art 1 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature in oggetto, presso le UU.OO. già indicate dell'A.R.N.A.S. nelle caratteristiche tecniche previo accordo con i singoli Responsabili delle UU.OO.CC. destinatarie. **La consegna dovrà essere effettuata perentori mente entro e non oltre giorni 30 dall'ordine.**
2. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
3. La consegna ed il montaggio di quanto consegnato dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.
4. L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.
5. **All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 315 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.**

Art 2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.

Art.3 COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a **collaudo e verifica** da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.
2. Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale.
L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni e dai risultati cui pervengono i collaudatori.
3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione compresa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;
 - verifica del corretto funzionamento dei beni forniti;
 - verifica di conformità dei beni forniti alle norme comunitarie e alla normativa vigente
- 4.** La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

Art.4

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. Garanzia 24 mesi: l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dei beni forniti per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti non imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art.5

INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 1, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1permille dell'importo netto contrattuale.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

Art.6

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'acquisto è finanziato con fondi di D.A. 658/2020.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art.7

SPESE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d'uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

2. Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.8

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.9

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e da presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- ☐ le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n. 2440;
- ☐ il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827; ☐ il D. Lgs n. 50 / 2016;
- ☐ le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in / capitale; e le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

IL Direttore F.F. della U.O.C.
Provveditorato
(Ing. Vincenzo Spera)

La ditta obbligata _____

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata

Lotto n: 1

N. 4 MISURATORI DI LATTATO DA DESTINARE ALL'U.O.C. MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO GERIATRICO RIABILITATIVO

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Dimensioni orientative 100x50x12h mm circa		
2. Peso 45/50 gr circa		
3. Campionamento di 0.3ul		
4. Connessione a PC con analisi dei dati		
5. n. 100 Strisce di campionamento dedicate		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO
INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 5 SUL TERRITORIO
NAZIONALE E COMUNITARIO**

[illegible]

LOTTO N. 2

N. 1 IMPEDENZIOMETRO PER ANALISI DIRETTA DI IMPEDENZA CORPOREA A MULTIFREQUENZA CON CARRELLO PER TRASPORTO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI MEDICINA AD INDIRIZZO GERIATRICO RIABILITATIVO

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Frequenza: 1KHz, 5KHz, 50KHz, 250KHz, 500 KHz, 1000KHz		
2. Analisi segmentale: analisi dei singoli distretti (due braccia, due gambe e tronco)		
3. Analisi dell'acqua totale corporea e segmentale, rapporto acqua extracellulare/acqua totale corporea per la definizione dello stato di idratazione ideale		
4. Analisi della massa del muscolo identificando massa del muscolo scheletrico, massa magra e massa grassa		
5. Tasso metabolico basale		
6. Angolo di fase		
7. Elettrodi tattili		
8. Borsa a carrello per il trasporto		
9. Porta USB per archiviazione dati		
10. Video LCD		
11. Funzionamento anche a batteria		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 11 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

[illegible]

LOTTO N. 3

N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA VENTILATO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI IN AMBIENTI DI LAVORO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA PEDIATRICA

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. In lamiera d'acciaio con spessore circa 1/1,5 mm		
2. Coibentazione con pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibrocementa) per alte temperature		
3. Pannelli di finitura interna in materiale resistente ai vapori		
4. Chiusura idraulica delle porta con temperatura a 47°C		
5. Serratura con chiave di blocco delle porte		
6. Piedini regolabili		
7. Valvole di chiusura automatiche (70°C) dei prodotti di ingresso ed uscita aria		
8. Cerniera anti scintilla		
9. Guarnizione termo dilatante		
10. 3 ripiani a vassoio in acciaio		
11. Portata 80 Kg		
12. Dimensioni 1093x420x40 circa regolabile in altezza		
13. Vasca di fondo in acciaio verniciato capacità circa 45 L		
14. Morsetto di terra per prevenire cariche elettrostatiche		
15. Dimensioni esterne circa 1200x600x1950 mm		
16. Totale copertura da lamiera d'acciaio verniciato		
17. Su tutti i lati angoli dei ripiani saldati per evitare versamenti		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL MIGLIOR COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 17 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

[illegible]

INDICARE IL MIGLIOR COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA DI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI DI PARI OGGETTO PRATICATI NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

[illegible]

N. 1 CABINA SILENTE DA DESTINARE ALL'U.O.C. OTORINOLARINGOITARIA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Struttura in alluminio coibentato con materiali isolanti		
2. Rivestimenti con pannelli ignifughi		
3. Imbottitura di fibra insonorizzata		
4. Ignifuga e lavabile		
5. Porta a chiusura magnetica o sistema equivalente		
6. Passacavi insonorizzato		
7. Impianto di illuminazione con luce a LED		
8. Tavolo porta strumenti		
9. Seggiolino interno		
10. Dimensioni 132x132x217 circa		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

[illegible]

LOTTO N. 5

N. 1 APPARECCHIO EMISSIONE OTOACUSTICHE DA DESTINARE ALL'U.O.C. NEONATOLOGIA CON UTIN

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Dimensioni 30X10X4 cm circa		
2. Peso 700 gr circa		
3. Display: touch screen TFT a colori retroilluminato e regolabile come intensità di luce, dimensioni 8x7x5 circa: risoluzione non inferiore 240 x 320 pixel		
4. Tastiera utilizzabile con i guanti		
5. Audio: altoparlante integrato per il tono dei tasti e dei segnali acustici quali Pass/risposta chiara e Refer/Risposta chiara assente		
6. Corretto posizionamento probe e auricolari: dovrà essere provvisto di tali indicatori;		
7. Lingua italiano		
8. Memoria: non inferiore ai 200 pazienti e ai 400 test		
9. Registrazione, revisione digitale dei dati bioelettrici ed elaborazione risultati: dovranno essere possibili tali funzioni attraverso la registrazione dei risultati in un data base interno esportabile su computer esterno tramite docking station (punto 14)		
10. Connettori presenti per la sonda OAE e per ABR		
11. Orologio: dovrà essere presente orologio in tempo reale integrato per assegnare data e ora della misurazione		
12. Interfacce: PC, stampante di etichette e modem		
13. Alimentazione: batterie con autonomia di almeno 8 ore di uso continuo: dovrà essere presente un indicatore di livello della batteria con almeno 4 fasi: il tempo di carica della batteria all'80% non dovrà superare le 5 ore		

14. Docking station: dovrà essere presente tale stazione di espansione al fine di potere interfacciare con personal computer con USB 2.0 full speed: interfaccia stampante e modem interfaccia stampante attraverso l'interfaccia RS232 e relativo connettore. La docking station dovrà essere provvista di alimentazione.		
15. Materiale di consumo: dovranno essere offerti a corredo dell'apparecchiatura una congrua quantità di tappini auricolari nei vari formati e materiali di costruzione che sono presenti in commercio		
EMISSIONI OTOACUSTICHE EVOCATE		
16. Metodo di valutazione : media ponderata sul rumore cpnteggio picchi di segnale significativi		
17. Stimolo: sequenza di scatti non lineare		
18. Livello dello stimolo: 75 dB(A) $\pm$ 5 dB in accoppiatore 2 cc con aiuto calibrazione dipendente dal volume del condotto uditivo		
19. Frequenza del clic: 67 – 76 clic al secondo (randomizzati)		
20. Filtro ingresso: da 1 a 4 kHz		
21. Display test: media della forma dell'onda, n. 1 di picchi TEOAE, assistente fit della sonda, livello di rumore, livello artefatto, livello stabilità e avanzamento del test		
22. Display risultati: media della forma dell'onda, numero di picchi TEOAE e risultati Pass/Risposta chiara o Refer/Risposta chiara assente complessivi con risultato Refer/Risposta chiara assente anche assistente fit della sonda, livello rumore, livello artefatto e livello di stabilità		
23. Display: forma d'onda statistica, avanzamento della misurazione, livello di rilevazione TEOAE livello rumore		
PRODOTTI DI DISTORSIONE EMISSIONI OTOACUSTICHE (DPOAE)		
24. Metodo di valutazione: statistiche di fase ponderate sul rumore		
25. Stimolo: coppia di toni primari F2/F1=1,24		
26. Frequenze di test: F2=1; 1.5; 2; 3; 3.5; 4; 5 e 6 kHz		

27. Frequenze di test predefinite: F2= 2, 3, 4 e 5 kHz (Pass/Risposta chiara con 3 su 4)		
28. Livelli test: L1/L2=60/50 db SPL e L1/L2=65/55 db SPL		
29. Livello di test predefinito: L1/L2 60/50 db SPL		
30. Display test: diagramma DP, livello DPOAE, livello di rumore, avanzamento del test		
31. Display risultati: in generale Pass/Risposta chiara o Refer/Risposta chiara assente, diagramma DP con DPOAE e livello rumore		
POTENZIALI EVOCATI UDITIVI DEL TRONCO ENCEFALICO (ABR)		
32. Metodo di valutazione: media ponderata sul rumore e corrispondenza a modelli		
33. Stimolo: emissione di frequenze almeno a 30, 35, 40 e 45 dB nHL		
34. Tasso di emissione frequenze: 78 – 82 frequenze al secondo		
35. Gamma del test di impedenza: 1 – 99		
36. Impedenza ammessa al test <12		
37. Controllo impedenza: prima del test, periodicamente durante il test, lo stimolo continua durante il controllo di impedenza		
38. Display test: grafico statistico, indipendente, probabilità di rilevamento ABR, livello EEG e avanzamento del test		
39. Display risultati: grafico statistico, impedenze, livello EEG e Pass/Risposta chiara o Refer/Risposta chiara assente complessivi		
40. Elettrodi in materiale soffice monouso		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO
INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 40 SUL
TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

[illegible]

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO DEDICATI PRATICATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

[illegible]

LOTTO N. 6

N. 1 DENSITOMETRO OSSEO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI RADIOLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Tecnologia FAN BEAM		
2. Sistema di rilevazione con un numero elevato di rivelatori allo stato solido		
3. Sistema di calibrazione automatico, preferibilmente in tempo reale durante tutta l'esecuzione di ciascun esame		
4. Collimazione programmata del fascio in funzione del tipo di esame; • Area di scansione non inferiore a 190x 60 cm		
5. Lettino con portata minima (peso del paziente) non inferiore a 180 Kg		
6. Installabile in locale non schermato		
7. Risoluzione dell'immagine con pixel di circa 0,5*0,5 mm ² per gli esami su singoli distretti e di circa 1*1 mm ² per gli esami total body		
8. Protocolli di esame disponibili nella configurazione offerta: • "TOTAL BODY" su tutta l'area di scansione;		
9. Scansione vertebrale lombare singola di L1, L2, L3, L4 e cumulativa sui metameri L1 --L4		
10. studio del femore con scansione singola e doppio femore		
11. studio dell'avambraccio con analisi di radio ed ulna		
12. calcolo della composizione corporea con riferimento ai tessuti molli (massa magra -massa grassa)		
13. studio delle protesi metalliche d'anca e ginocchio		
14. scansione/analisi in laterale supino della colonna BMD e densità in g/cm ³		
15. distanza utile dal lettino al braccio sufficiente ad accogliere la più ampia gamma di tipologia di pazienti		
16. scansione ed analisi dimensionale della colonna (T4-L4), con analisi e valutazione morfometrica automatica		

17. software gestione data base pazienti		
18. software per l'analisi comparata di scansioni eseguite in tempi diversi sullo stesso paziente		
19. dati statistici di normalità relativi a tutti i siti esaminati con possibilità di inserimento di dati personalizzati		
20. calcolo di Z SCORE e T SCORE		
21. software integrato FRAX per il calcolo rischio di frattura a 10 anni		
22. protocollo DICOM per interfacciamento con sistema RIS/PACS		
23. misuratore integrato per valutazione dose		
ACCESSORI DI POSIZIONAMENTO		
24. per esame rachide lombare, femore, femore con protesi		
25. fantoccio spinale per controllo qualità, da utilizzare con protocollo calibrazione tessuti molli (massa magra-massa grassa) e curve di normalità dei tessuti molli		
26. tavolo di supporto per la workstation		
27. workstation completa di masterizzatore CD/DVD e monitor con diagonale di almeno 19"		
28. stampante laser a colori formato A4.		

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO
INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 28 SUL
TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

[illegible]

LOTTO N. 7

N. 2 LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE ALL'U.O.C. OTORINOLARINGOITARIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
Tecnologia a diodi con illuminazione a LEDs di ultima generazione per ottenere il massimo di effetto illuminante in tutte le condizioni di lavoro,		
Lampada scialitica in combinazione gemellare(centrale e satellite), con tecnologia Leds, per montaggio a soffitto con elevate prestazioni per qualunque tipo di chirurgia		
Braccio di sospensione con movimento verticale e circolare con sospensioni dei corpi illuminati completamente cardanici;		
Dotata di manipoli sterilizzabili per il posizionamento (fornitura di almeno cinque manipoli pluriuso per ogni lampada)		
Diametro del corpo illuminante della lampada principale compresa fra 50 cm e 80 cm e diametro del corpo illuminante della lampada satellite compreso fra i 50cm e i 70cm; Sono ammesse anche lampade non circolari		
Illuminamento massimo ad 1m dell' unità principale non inferiore a 130.000 lux e del satellite non inferiore a 110.000 lux;		
Temperatura di colore regolabile e compresa tra 3900 k e 4800 k che consenta di riportare fedelmente la scala cromatica dei colori presenti nel corpo umano		
Diametro massimo del campo principale ad 1 m non inferiore a circa 25 cm;		
Diametro massimo del satellite ad 1 m non inferiore a circa 15 cm;		

Controllo elettrico dei diametri di focalizzazione;		
Regolazione dell'intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica con comandi touch screen con possibilità di memorizzazione dei parametri operativi;		
Regolazione intensità del 20% al 100%;		
Massima manovrabilità del corpo illuminante anche da parte di un solo operatore e dal manipolo centrale e dalle impugnature laterali;		
Profondità di campo operatorio non inferiore a 150mm;		
Manipolo sterilizzabile a 134°C		
Il dispositivo medico offerto deve essere il prodotto tecnologicamente più recente della linea di produzione della casa produttrice;		
Vita media dichiarata delle sorgenti luminose a led almeno 40000 ore;		
Grado di protezione per particelle solide e liquidi non inferiore a IP42 per il corpo lampada;		

Garanzia 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo positivo.

Onere per l' adattamento di piastre e tiranti ed installazione lampade previo smontaggio e dismissione delle scialitiche presenti ed allontanamento di tutti gli imballaggi delle nuove lampade.

Obbligo di montaggio in tempi differiti delle nuove lampade che in ogni caso avverranno senza intralciare l'attività chirurgica in regime di elezione ed in emergenza -urgenza.

Controlli di funzionalità e verifiche di sicurezza elettrica da effettuarsi all' atto del collaudo a spese dell' aggiudicatario previo accordi con l'ufficio tecnico.

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO
INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 17 SUL
TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

[illegible]

LOTTO N. 8

N. 1 GENERATORE ELETROCHIRURGICO DA DESTINARE ALL'U.O.C. OTORINOLARINGOITARIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Potenza di taglio di circa 400 w al carico nominale		
2. N. 2 uscite monopolari e 2 uscite bipolari indipendenti		
3. Taglio monopolare con vari effetti applicabili di coagulo		
4. Taglio bipolare		
5. Coagulazione monopolare a contatto e non a contatto		
6. Coagulazione bipolare		
7. Utilizzo di 2 manipoli attivabili contemporaneamente		
8. Memorizzazione settaggi assegnando il nome di programma		
9. Regolazione automatica della potenza erogata in funzione dell'impedenza del tessuto		
10. Piastre monouso bipartite		
11. Regolazione della potenza impostata in valore assoluto		
12. Parte applicata flottante di tipo CF		
13. Pedale a doppio comando indipendente per attivazione del coagulo monopolare e /o bipolare		
14. Pedale a doppio comando indipendente per attivazione del taglio del coagulo monopolare e/o bipolare		
15. Sistema attivazione aspira fumi		
16. Il collegamento dei manipoli e delle piastre deve avvenire senza utilizzo di riduttori/adattatori		
17. Riconoscimento degli strumenti collegati con auto settaggio del programma dedicato ad essi		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO
INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 17 SUL
TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

[illegible]

LOTTO N. 9

N. 1 MONITOR DA DESTINARE ALL'U.O.C. ORL

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. ECG e Spo2 a display		
2. Display di piccole dimensioni, chiaro e intuitivo. Dimensioni orientative 28 x 19 x 18cm circa		
3. Salvataggio ed archiviazione di circa 400 misurazioni NIBP		
4. Funzionamento con batteria ricaricabile		
5. Batteria ricaricabile		
6. Bracciale per adulti NIBp		
7. Sensore temperatura		
8. Sonda adulti Spo2		
9. Cavo ECG		
10. NIBP con metodo oscillo metrico		
11. Modalità di misurazione pressione sanguigna: manuale, auto, STAI		
12. Sistolica adulti		
13. Pressione arteriosa principale adulti		
14. Distolica Adulti		
15. Spo2 % campo di saturazione 0% - 99%		

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno scostamento in più o in meno del 10%

NB ai sensi dell'art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 15 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

001162

ALL'CH

AVVISO DI GARA

codice NUTS: ITG12

**AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI
CIVICO-DI CRISTINA-BENFRATELLI- P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo.**

Tel.091/6662681–Telefax 091/6662381 – email:contocapitale@arnascivico.it – PEC.....

U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature

Con deliberazione n. del, questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4 ha indetto procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata in n. 9 lotti per la fornitura e posa in opera di apparecchiature varie da destinare a diverse UU.OO.CC. da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Numero gara -----

Importo complessivo a base di gara €. 124.900,00 oltre iva

1. Le ditte nel proporre offerta devono fare riferimento al CIG riportato a fianco di ogni lotto ed effettuare, se dovuto, il versamento in favore dell'ANAC;
2. Termine di consegna 30 giorni dall'emissione dell'ordine di fornitura.
3. E' consentito il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli artt. 45 e 48 e s.i.m. del DLgs 50/16.
4. Termine ultimo di presentazione offerte -----
5. Le offerte dovranno essere presentate direttamente sulla piattaforma MEPA
6. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
7. E' richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/16 e s.i.m.
8. La fornitura è finanziata con fondi accantonamenti esercizi precedenti.
9. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare;
10. L'aggiudicazione sarà operata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgvo 50/16 e cioè secondo il criterio del prezzo più basso.
11. Il capitolato speciale e gli altri documenti d'appalto sono pubblicati sul MEPA, RDO n. -----

12. Gli eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti tramite l'apposita funzione “comunicazioni” della piattaforma MEPA nell’RDO di riferimento. E’ obbligo delle ditte partecipanti di consultare la predetta sezione fino alla scadenza dei termini fissati per la richiesta di chiarimenti.

IL RUP

A 11/24



Civico Di Cristina Benfratelli
A 11/24

Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'



Civico Di Cristina Benfratelli

PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra

l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI

alla scelta del contraente

PARTECIPANTE _____

Specificare tipologia e oggetto procedura _____

CIG _____ CUP _____; (ove prevista)

PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell'ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 1 - Oggetto

1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS

2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difforni posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi
- i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

3.7. Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

3.8. Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a

9

dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

3.9. Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

3.10. Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difforni posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

Art. 4 Sanzioni

4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) escussione della cauzione provvisoria;

b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

c) escussione della cauzione definitiva;

d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.

f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni

5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 **“Obblighi del partecipante alla procedura di scelta”**, il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie

6.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

Per il Partecipante

(timbro della società)
(firma legale rappresentante)