



AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE

Procedura aperta articolata in sei lotti, per la fornitura e posa in opera di attrezzature sanitarie da destinare a varie UU.OO. di quest'A.R.N.A.S., per l'importo complessivo a base di gara di € 653.000,00 oltre IVA.

CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

QUESITO:

Si chiede di quantificare quanto l'Azienda A.R.N.A.S. abbia speso per la pubblicazione della gara in oggetto, al fine di poter formulare un'adeguata e conveniente offerta economica.

R:

L'importo speso da quest'A.R.N.A.S. per far fronte agli oneri pubblicitari della gara in oggetto, è pari ad € 5.783,68

Le ditte aggiudicatricie rimborseranno le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale all'importo ad esse aggiudicato rispetto al totale di aggiudicazione di gara.

QUESITO *relativo alla dimostrazione della capacità tecnico-professionale ex art.42 del D.lgs 163/2006, comma 1, lett.a), circa la possibilità di presentare dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR del 28 dicembre 2000 n.445, in luogo dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti.*

R:

Ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale ex art.42 comma 1, lett.a) del D.lgs 163/2006, potrà essere presentato nella forma dell'autocertificazione, l'elenco delle principali forniture presentate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, le cui certificazioni verranno richieste, per effetto del sorteggio ex art.48 ed inoltre, alle ditte aggiudicatricie.

Integrazione alla documentazione amministrativa richiesta:

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, dovrà essere inviata copia del capitolato speciale, firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione con le stesse modalità con cui viene prodotta la copia del disciplinare di gara (vd. punto 6 del disciplinare di gara).

CHIARIMENTI TECNICI

Chiarimenti relativi al lotto n.2 (pensili testa letto per U.O. Anestesia e Rianimazione)

Quesito:

Visto che sul lato monitoraggio/ventilazione è richiesta la possibilità di un dispositivo lungo tutta la sua altezza, in grado di consentire l'utilizzo di accessori quali piani di supporto, aste porta flebo, bracci porta monitor ecc, la stessa possibilità di utilizzo per tutta la lunghezza è richiesta anche sulla colonna infusione? In caso affermativo il fissaggio del dispositivo è richiesto solo su un lato o su più lati?

R:

E' preferibile ma non obbligatorio.

Chiarimenti relativi al lotto n.3 (bioimpedenziometro per U.O. Nefrologia Pediatrica)

- Si conferma la scheda tecnica messa in gara.

Chiarimenti relativi al lotto n.5 (apparecchiatura telecomandata di radiologia digitale diretta)

- Facendo riferimento al capitolato e precisamente al punto "*Spostamento longitudinale e trasversale della tavola del sistema tale da assicurare una copertura paziente per esami testa-piedi senza necessità di riposizionamento del paziente*", **si ritiene che:**

il dato non è discriminante se si dimostra che il sistema proposto è equivalente o migliorativo.

Il valore riferito alla dissipazione termica dell'anodo è da intendersi di 650 Khu/min.

**IL DIRIGENTE AREA PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Chiara Giannobile)**