



**U.O.S. MANAGEMENT
IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

Palermo 19/06/2013

PRECISAZIONI TECNICHE

Procedura aperta n.4883855 per la fornitura e la posa in opera di attrezzature sanitarie da destinare a varie UU.OO. dell'A.R.N.A.S.

LOTTO N.5 (APPARECCHIATURA TELECOMANDATA DI RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA)

Per mero errore materiale, è stato attribuito un valore minimo alla capacità di dissipazione termica pari a 650 Khu/min.

Il valore di 650 Khu deve intendersi come minima capacità termica dell'anodo.

Nessun valore minimo è invece richiesto per la capacità di dissipazione termica.

**U.O.S. Management e Impianti
Ing. Mario Bisignano**
