



Civico Di Cristina Benfratelli
Società a partecipazione pubblica

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Pagina 1 di 1

Allegato alla proposta nr 199 del 23/10/2020

Importo Proposta

146.400,00

Oggetto: Aggiudicazione p.n. mepa per la fornitura e posa in opera di n. 1 laser ad olmio U.O.C. Urologia fondi D.A. 658/2020

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Budget Prop. Delibera	Budget Impegnato Delibera nr.	Importo	Budget Disponibile
	null	7.975.000,00	0,00	0,00				7.627.422,00

199

146.400,00

TOTALE PRENOTATO


146.400,00

001219

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

001219

ALL'AL



REGIONE SICILIANA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI UROLOGIA

Direttore: Dott. Gianfranco Savoca

PA, 13, 10, 2020

Dirigenti Medici

Direttore: Dr G. Savoca

Dirigenti Medici

Drssa Vincenza Alonge
Dr Gaetano Chiapparrone
Dr Vincenzo Falletta
Dr Dario Fontana
Dr Pietro Liberti
Dr. Antonio Lupo
Dr. Salvatore Romeo
Dr Luca Spinnato

CapoSala

Sig.ra Lia Episcopo
Tel. 091/ 6664611

Segreteria

Tel. 091/ 6664707

Accettazione Degenza

Tel. 091/ 6664610
Fax 091/ 6664606

Stanza Medici

Tel 091/ 6664595
Tel 091/ 6664594

Day - Hospital

Tel. 091/ 6664602

Ambulatorio di Calcolosi - ESWL

Tel 091/ 6664677
Fax 091/ 6664678

Ambulatorio Uro-Oncologico

Tel. 091/ 6664520
Tel 091/ 6664519

Egr Drssa Giannobile
Conto Papitale
Sede

<Oggetto : valutazione tecnica offerte laser ad Holmio ad uso urologico

In relazione alla offerta in oggetto dopo attenta valutazione si certifica che

- *l'offerta della ditta Olympus con apparecchio Enpower H100, non è conforme in quanto l'apparecchio offerto ha una potenza in W inferiore a quanto richiesto come requisito minimo; non presenta peraltro un sistema di retrospulsione brevettato*

- *l'offerta della ditta Dornier mediante apparecchio Medilas H140 non risulta conforme in quanto l'apparecchiatura non presenta un sistema brevettato per evitare la retrospulsione ed un sistema per l'ottimizzazione laser sui tessuti molli attivabile con qualsiasi settaggio*

- *l'offerta della ditta Alliance con le apparecchiature Cyber HO100 e Cyber HO60 non risulta conforme in quanto la potenza offerta è inferiore al requisito minimo richiesto.*

Si precisa che in fase preliminare di indagine di mercato il Dr Savoca in quanto medico richiedente aveva modificato alcune caratteristiche (vedi "range impulso tra 500 e 1100 ns") al fine di consentire la partecipazione della ditta Alliance con l'apparecchiatura Cyber HO 150, che soddisfaceva tutte le altre caratteristiche,, ma, alla presentazione delle offerte la ditta Alliance sta proponendo due apparecchiature diverse per potenza rispetto a quanto proposto in fase di indagine di mercato.

- *L'offerta della ditta L-Medica con l'apparecchiatura Lumenis 120 H Moses, è risultata conforme a quanto richiesto.*

Il Medico specialista valutatore

Dr Antonio Lupo
UOC di Urologia matr 6825

Web:

www.ospedalecivicopa.org

Lissone 31 agosto 2020
Prot. 034/MM/LM

Spett.le
A.R.N.A.S. "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI"
U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature
P.zza Nicola Leotta 4
90127 PALERMO

Alla cortese attenzione Dr.ssa Chiara Giannobile

Oggetto: indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n.1 laser ad olmio per l'U.O. di Urologia.

ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.R.L. con socio unico

- Costituita in data 26/07/2013
- C.F. e P. IVA 12502181006
- sede Legale: Lissone (MB) – Via G. Mameli n.42/A
- sede operativa in Lissone (MB), Via L. Beltrame 7
- tel. 039-4662503,
- fax 039-2124994
- Indirizzo mail : info.amt@alliancemedical.it
- PEC: amt@pec.alliancemedical.it
- Iscritta al Registro delle imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI, tenuto dalla CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI al numero 12502181006

- **Iscritta al mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) nella categoria "beni" (forniture specifiche per la Sanità) e Servizi**

in persona di Un Amministratore Delegato, Sig. Molteni Mario, nato a Milano il 19/09/52 e residente in Como, Via Canturina n.311, in riferimento alla indagine di mercato in oggetto

MANIFESTA L'INTERESSE

- a partecipare alla procedura in oggetto mediante apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nella scheda tecnica. A tal fine allega la documentazione richiesta.

- **autorizza A.R.N.A.S. "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI" ad inviare le comunicazioni presso la sede operativa di Lissone (MB) 20851 – via L. Beltrame 7, tel. 039-4662503 – fax n.039-2124994, e-mail : info.amt@alliancemedical.it – PEC: amt@pec.alliancemedical.it.**

In fede.

Alliance Medical Technologies S.R.L.

Mario Molteni
Un Amministratore Delegato

ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.r.l. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia S.r.l.

Sede legale: Via Mameli, 42/a - 20851 Lissone (MB) T +39 039 46 62 704 F +39 039 46 62 205

Unità locale: Via Beltrame, 7 - 20851 Lissone (MB) T +39 039 46 62 704 F +39 039 46 62 205

CCIAA Milano, Monza, Brianza e Lodi REA MB - 1891441 CF e P.IVA 12502181006 Capitale Sociale Euro 20.000,00 i.v.

www.alliancemedical.it E-mail: info.amt@alliancemedical.it Posta Elettronica Certificata: amt@pec.alliancemedical.it



n. 1 LASER AD OLMIO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI UROLOGIA

SCHEDA TECNICA Laser ad olmio CYBER HO 150

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Sistema laser allo stato solido, con radiazione di lunghezza d'onda pari a 2100 nm (sorgente laser ad Olmio) e ridotta profondità di penetrazione nei tessuti trattati	SI	
2. Potenza massima del fascio di trattamento (da intendersi all'uscita della sorgente) indicativamente non inferiore a 120 W	SI	Potenza massima 150W
3. Regolazione della potenza del fascio di trattamento	SI	
4. Modalità di funzionamento a emissione pulsata	SI	
5. Durata dell'impulso regolabile nel range minimo indicativamente compreso tra 500 e 1300ns	SI	COMPRESO TRA 50 E 1100us (microsecondi)
6. Frequenza di ripetizione degli impulsi regolabile, con valore massimo indicativamente non inferiore a 80 Hz	SI	FINO A 100Hz
7. Energia dell'impulso di fibre ottiche monouso e/o riutilizzabili di vario calibro con sistema di riconoscimento automatico della tipologia e del numero di utilizzi della fibra in uso	SI	
8. Esecuzione delle operazioni di incisione/vaporizzazione ed emostasi nei tessuti molli e litotrixxia nei tessuti duri	SI	
9. Display LCD touchscreen, a colori ad alta visibilità, di dimensioni indicativamente non inferiori a 12.1", per la visualizzazione contemporanea e continua dei principali parametri di trattamento	SI	
10. Fascio di puntamento con diodo laser avente radiazione di lunghezza d'onda pari a 532 nm e potenza indicativamente non superiore a 5 mW, tale da garantire una individuazione del target rapida e precisa	SI	

11. Modulazione dei parametri di emissione del fascio laser e personalizzazione del sistema per qualsiasi tipo di applicazione e utilizzatore, con elevato numero di preset personalizzabili e memorizzazione dei dati preset	SI	
12. Doppio pedale multifunzione con un pulsante di attivazione delle modalità attesa/pronto da parte dell'operatore, che consente di separare le sottofasi all'interno della stessa procedura chirurgica (P.es. taglio e coagulo)	SI	
13. Sistema di autotest e/o controllo delle principali funzionalità	SI	
14. Sistemi attivi e passivi di sicurezza e protezione per operatore e paziente	SI	
15. Efficace sistema di raffreddamento della sorgente laser	SI	
16. Sistema carrellato, dotato di maniglie incorporate per la comoda movimentazione e posizionamento	SI	
17. Completo di almeno 4 occhiali di protezione (DPI), adeguati per la specifica lunghezza d'onda e conformi alla normativa vigente, per la corretta protezione degli operatori sanitari	SI	
18. Peso e massime dimensioni di ingombro che ne consentano un agevole spostamento e collocamento in prossimità del campo operatorio	SI	
19. Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù	SI	
20. Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo	SI	
21. Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili	SI	
22. Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti	SI	
23. Software di gestione e manualistica in lingua italiana	SI	
24. Marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (o Direttiva 93/42 CE e successivi emendamenti)	SI	
25. Sistema per l'ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli	SI	FUNZIONALITA' BUBBLEBLAST

attivabile con qualunque settaggio		
26. Sistema per l'ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli attivabile con qualunque settaggio	SI	FUNZIONALITA' BUBBLEBLAST
27. Sistema per la riduzione della retropulsione nei calcoli attivabile con qualunque settaggio	SI	FUNZIONALITA' VAPOR TUNNEL E VIRTUAL BASKET
28. Utilizzo di fibre ottiche dedicate per l'attivazione dei sistemi di ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli e di riduzione della retropulsione nei calcoli	SI	IL SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE E' ATTIVABILE ANCHE CON FIBRE STANDARD
29. Utilizzo di fibre ottiche a punta atraumatica	SI	
30. Dotato di programma reimpostati dedicati anche per le altre applicazioni cliniche oltre a quella richiesta	SI	
31. Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l'esportazione dei dati dei trattamenti effettuati	SI	
32. Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l'esportazione dei dati tecnici dell'apparecchiatura	SI	
33. Pompa peristaltica	SI	IL COMPONENTE E' COMPRESO NEL MORCELLATORE (PERISTALTICA O A VUOTO)
LA FORNITURA DEVE ESSERE COMPLETA DI FIBRE PER LO START UP DI UN ANNO:		
34. Fibre 200 micron per n. 50 interventi (RIRS)	SI	
35. Fibre 365 micron per n. 100 interventi (URL, ablazione tumori della pelvi renale)	SI	
36. Fibre 550 micron per n. 20 interventi (PCNL,Holep, tumori vescicali)	SI	

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 33 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO E SEPARATAMENTE DAL PUNTO 34 AL 36

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO
ESTAR Toscana – Ospedale di Arezzo	Cyber HO 60W - € 67.500,00	2019
ULSS N. 9 SCALIGERA Ospedale di Legnago	Cyber HO 60W - € 61.290,00	2018



Lissone 31 agosto 2020

Spett.le
A.R.N.A.S. "CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI"
U.ORinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature
P.zza Nicola Leotta 4
90127 PALERMO

Oggetto: *Offerta per la fornitura di un laser ad olmio mod. Cyber-Ho 150 - Quanta System .*

ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.R.L. sottopone alla Vostra cortese attenzione l'offerta per la fornitura in oggetto, come di seguito specificato.



Caratteristiche Tecniche

CYBER HO 150	
Potenza 152 Watt al tessuto	Tecnologia MusterPulse™
Lunghezza d'onda 2.100 nm	Tecnologia VaporTunnel™
Energia di Pulsazione fino a 5.000mJ	Tecnologia Virtual Basket™
Frequenza degli impulsi fino a 100Hz	
Monitor di controllo Touch Screen	
<u>SISTEMA RFID per RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE FIBRE</u>	

ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.r.l. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia S.r.l.

Sede legale: Via Mameli, 42/a - 20851 Lissone (MB) T +39 039 46 62 704 F +39 039 46 62 205

Unità locale: Via Beltrame, 7 - 20851 Lissone (MB) T +39 039 46 62 704 F +39 039 46 62 205

CCIAA Milano, Monza, Brianza e Lodi REA MB - 1891441 CF e P.IVA 12502181006 Capitale Sociale Euro 20.000,00 i.v.

www.alliancemedical.it E-mail: info.amt@alliancemedical.it Posta Elettronica Certificata: amt@pec.alliancemedical.it



PREZZO DI FORNITURA

- n.1 laser Cyber-Ho 150 Quanta System
con sistema di morcellazione

€ 190.000,00 + IVA

❖ **Garanzia n.24 mesi**

CONDIZIONI DI FORNITURA

- IVA 22% a Vs. carico
- Le spese di trasporto, consegna, installazione, collaudo e messa in funzione saranno a nostro carico.

Ringraziando per la cortese attenzione, Vi preghiamo gradire i nostri più distinti saluti.

ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.r.l.

Mario Molteni

Un Amministratore Delegato



001219

n. 1 LASER AD OLMIO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI UROLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO		
1. Sistema laser allo stato solido, con radiazione di lunghezza d'onda pari a 2100 nm (sorgente laser ad Olmio) e ridotta profondità di penetrazione nei tessuti trattati		
2. Potenza massima del fascio di trattamento (da intendersi all'uscita della sorgente) indicativamente non inferiore a 120 W		
3. Regolazione della potenza del fascio di trattamento		
4. Modalità di funzionamento a emissione pulsata		
5. Durata dell'impulso regolabile nel range minimo indicativamente compreso tra 500 e 1100ns		
6. Frequenza di ripetizione degli impulsi regolabile, con valore massimo indicativamente non inferiore a 80 Hz		
7. Energia dell'impulso di fibre ottiche monouso e/o riutilizzabili di vario calibro con sistema di riconoscimento automatico della tipologia e del numero di utilizzi della fibra in uso		
8. Esecuzione delle operazioni di incisione/vaporizzazione ed emostasi nei tessuti molli e litotrissia nei tessuti duri		
9. Display LCD touchscreen, a colori ad alta visibilità, di dimensioni indicativamente non inferiori a 12.1", per la visualizzazione contemporanea e continua dei principali parametri di trattamento		
10. Fascio di puntamento con diodo laser avente radiazione di lunghezza d'onda pari a 532 nm e potenza indicativamente non superiore a 5 mW, tale da garantire una individuazione del target rapida e precisa		

11. Modulazione dei parametri di emissione del fascio laser e personalizzazione del sistema per qualsiasi tipo di applicazione e utilizzatore, con elevato numero di preset personalizzabili e memorizzazione dei dati preset		
12. Doppio pedale multifunzione con un pulsante di attivazione delle modalità attesa/pronto da parte dell'operatore, che consente di separare le sottofasi all'interno della stessa procedura chirurgica (P.es. taglio e coagulo)		
13. Sistema di autotest e/o controllo delle principali funzionalità		
14. Sistemi attivi e passivi di sicurezza e protezione per operatore e paziente		
15. Efficace sistema di raffreddamento della sorgente laser		
16. Sistema carrellato, dotato di maniglie incorporate per la comoda movimentazione e posizionamento		
17. Completo di almeno 4 occhiali di protezione (DPI), adeguati per la specifica lunghezza d'onda e conformi alla normativa vigente, per la corretta protezione degli operatori sanitari		
18. Peso e massime dimensioni di ingombro che ne consentano un agevole spostamento e collocamento in prossimità del campo operatorio		
19. Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù		
20. Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo		
21. Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili		
22. Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti		
23. Software di gestione e manualistica in lingua italiana		
24. Marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (o Direttiva 93/42 CE e successivi emendamenti)		
25. Sistema per l'ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli		

attivabile con qualunque settaggio		
26. Sistema per l'ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli attivabile con qualunque settaggio		
27. Sistema per la riduzione della retropulsione nei calcoli attivabile con qualunque settaggio		
28. Utilizzo di fibre ottiche dedicate per l'attivazione dei sistemi di ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli e di riduzione della retropulsione nei calcoli		
29. Utilizzo di fibre ottiche a punta atraumatica		
30. Dotato di programma reimpostati dedicati anche per le altre applicazioni cliniche oltre a quella richiesta		
31. Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l'esportazione dei dati dei trattamenti effettuati		
32. Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l'esportazione dei dati tecnici dell'apparecchiatura		
33. Pompa peristaltica		
LA FORNITURA DEVE ESSERE COMPLETA DI FIBRE PER LO START UP DI UN ANNO:		
34. Fibre 200 micron per n. 50 interventi (RIRS)		
35. Fibre 365 micron per n. 100 interventi (URL, ablazione tumori della pelvi renale)		
36. Fibre 550 micron per n. 20 interventi (PCNL, Holep, tumori vescicali)		

Ai sensi dell'art. 68 comma 7 qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si invitano le ditte offerenti a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche

Alc4 8h

001219

acquistinretepa.it
Il Punto di Rete acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2646572
Descrizione RDO	Fornitura e posa in opera di n.1 LASER AD OLMIO da destinare alla U.O. di Urologia
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Fornitura e posa in opera di n.1 LASER AD OLMIO da destinare alla U.O. di Urologia)
CIG	8437288E4E
CUP	J76G20000140002

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI - PALERMO
Codice Fiscale Ente	05841770828
Nome ufficio	PROVVEDITORATO
Indirizzo ufficio	PIAZZA NICOLA LEOTTA 4 - PALERMO (PA)
Telefono / FAX ufficio	3357391251 / 0916662184
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	BFNE0H
Punto ordinante	SPERA VINCENZO / CF:SPRVCN70S01G273Y
Firmatari del contratto	MARCELLO LONGO / CF:LNGMCL66R29C351W

FORNITORE	
Ragione o Denominazione Sociale	L-MEDICA S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	06003880827
Codice Fiscale Operatore Economico	06003880827

Partita IVA di Fatturazione	06003880827
Sede Legale	VIALE STRASBURGO, 214 - PALERMO (PA)
Telefono	091513134
Posta Elettronica Certificata	L-MEDICA@PECSOLUZIONI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06003880827
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	20/04/2011
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	PA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PALERMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	PICCOLA MEDIA IMPRESA / COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI MEDICALI ED ORTOPEDICI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6585222
Offerta sottoscritta da	LONGO MARCELLO
Email di contatto	L-MEDICA@PECSOLUZIONI.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	18/02/2021 13:24
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Fornitura e posa in opera di n.1 LASER AD OLMIO da destinare alla U.O. di Urologia
Categoria	Forniture specifiche per la sanità
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture Specifiche per la Sanità

Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della RdO	N.1 LASER AD OLMIO da destinare all'U.O. di Urologia dell'ARNAS - CIG 8437288E4E
Tipo contratto	VENDITA
Prezzo complessivo della fornitura*	120000
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	120000,00000000 Euro (centoventimila Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 1464,50000000 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Piazza nicola leotta 4Palermo - 90127 (PA) U.O. Urologia
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: BFNE0H . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili all'ai Bene/ Servizio/ offerta/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accettata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accettata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ALL'EN

001219

DB

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
Unità Operativa Rinnovo Tecnologico
Impianti ed Attrezzature
Piazza Nicola Leotta n. 4
Telefono: 091- 6662241/681
Fax: 091 - 6662301
www.arnascivico.it
E-mail: conto.capitale @arnascivico.it
P.IVA 058417708283

Palermo,

DITTE VARIE

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n. 1 laser ad Olmio per l'U.C. di Urologia dell'Arnas".

Questa Amministrazione deve acquistare n1 arco laser ad Olmio per l'U.O. di Urologia dell'Arnas".

A tal fine intende verificare:

1) se codesta ditta dispone di attrezzature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;

2) il costo di vendita esclusa IVA;

3) i migliori prezzi di vendita esclusa IVA per forniture di pari oggetto intervenute negli ultimi due anni, presso altre Aziende Sanitarie/o Ospedaliere Pubbliche o Private sul territorio nazionale. A tal fine la Ditta dovrà compilare l'apposita tabella a margine della scheda tecnica.

Le ditte che non presenteranno l'elenco dei migliori prezzi praticati non saranno presi in considerazione.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il 07.09.2020 al seguente numero di fax 091/6662301 all'attenzione della Dott.ssa Chiara Giannobile contattandola per qualsiasi informazione al seguente numero telefonico 091/6662681, o al seguente indirizzo email: conto.capitale@arnascivico.it fax 091/6662301 per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 091/6662636.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare allo scrivente ufficio se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).


Il Titolare della Posizione Organizzativa
Gestione nuove tecnologie e finanziamenti
Dr.ssa Chiara Giannobile

Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli"
Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 PALERMO C.F./P.IVA n. 05841770828

31 AGO. 2020

L-MEDICA S.R.L.
Viale Strasburgo, 2 - 90146 Palermo
Tel/Fax 091/7613134
P. VA/Cod. Fisc. 06903880827

n. 1 LASER AD OLMIO DA DESTINARE ALL'U.O.C. DI UROLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Sistema laser allo stato solido, con radiazione di lunghezza d'onda pari a 2100 nm (sorgente laser ad Olmio) e ridotta profondità di penetrazione nei tessuti trattati	X SI	
2. Potenza massima del fascio di trattamento (da intendersi all'uscita della sorgente) indicativamente non inferiore a 120 W	X SI	
3. Regolazione della potenza del fascio di trattamento	X SI	
4. Modalità di funzionamento a emissione pulsata	X SI	
5. Durata dell'impulso regolabile nel range minimo indicativamente compreso tra 500 e 1300ns	X SI	
6. Frequenza di ripetizione degli impulsi regolabile, con valore massimo indicativamente non inferiore a 80 Hz	X SI	
7. Energia dell'impulso di fibre ottiche monouso e/o riutilizzabili di vario calibro con sistema di riconoscimento automatico della tipologia e del numero di utilizzi della fibra in uso	X SI	
8. Esecuzione delle operazioni di incisione/vaporizzazione ed emostasi nei tessuti molli e litotrixxia nei tessuti duri	X SI	
9. Display LCD touchscreen, a colori ad alta visibilità, di dimensioni indicativamente non inferiori a 12.1", per la visualizzazione contemporanea e continua dei principali parametri di trattamento	X SI	
10. Fascio di puntamento con diodo laser avente radiazione di lunghezza d'onda pari a 532 nm e potenza indicativamente non superiore a 5 mW, tale da garantire una individuazione del target rapida e precisa	X SI	

L-MEDICA S.R.L.
 Viale Stralsburgo 211, 90146 Palermo
 Te/Fax 091/513134
 P.IVA/Cod. Fisc. 06003880927

11. Modulazione dei parametri di emissione del fascio laser e personalizzazione del sistema per qualsiasi tipo di applicazione e utilizzatore, con elevato numero di preset personalizzabili e memorizzazione dei dati preset	X SI	
12. Doppio pedale multifunzione con un pulsante di attivazione delle modalità attesa/pronto da parte dell'operatore, che consente di separare le sottofasi all'interno della stessa procedura chirurgica (P.es. taglio e coagulo)	X SI	
13. Sistema di autotest e/o controllo delle principali funzionalità	X SI	
14. Sistemi attivi e passivi di sicurezza e protezione per operatore e paziente	X SI	
15. Efficace sistema di raffreddamento della sorgente laser	X SI	
16. Sistema carrellato, dotato di maniglie incorporate per la comoda movimentazione e posizionamento	X SI	
17. Completo di almeno 4 occhiali di protezione (DPI), adeguati per la specifica lunghezza d'onda e conformi alla normativa vigente, per la corretta protezione degli operatori sanitari	X SI	
18. Peso e massime dimensioni di ingombro che ne consentano un agevole spostamento e collocamento in prossimità del campo operatorio	X SI	
19. Interfaccia utente caratterizzata da semplice e intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù	X SI	
20. Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo	X SI	
21. Parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili	X SI	
22. Facilità ed ergonomia d'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti	X SI	
23. Software di gestione e manualistica in lingua italiana	X SI	
24. Marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (o Direttiva 93/42 CE e successivi emendamenti)	X SI	
25. Sistema per l'ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli	X SI	

attivabile con qualunque settaggio		
26. Sistema per l'ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli attivabile con qualunque settaggio	X SI	
27. Sistema per la riduzione della retropulsione nei calcoli attivabile con qualunque settaggio	X SI	
28. Utilizzo di fibre ottiche dedicate per l'attivazione dei sistemi di ottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli e di riduzione della retropulsione nei calcoli	X SI	
29. Utilizzo di fibre ottiche a punta atraumatica	X SI	
30. Dotato di programma reimpostati dedicati anche per le altre applicazioni cliniche oltre a quella richiesta	X SI	
31. Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l'esportazione dei dati dei trattamenti effettuati	X SI	
32. Dotato di interfaccia di collegamento esterno per l'esportazione dei dati tecnici dell'apparecchiatura	X SI	
33. Pompa peristaltica	X SI	
LA FORNITURA DEVE ESSERE COMPLETA DI FIBRE PER LO START UP DI UN ANNO:		
34. Fibre 200 micron per n. 50 interventi (RIRS)	X SI	
35. Fibre 365 micron per n. 100 interventi (URL, ablazione tumori della pelvi renale)	X SI	
36. Fibre 550 micron per n. 20 interventi (PCNL, Holep, tumori vescicali)	X SI	

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 33 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO E SEPARATAMENTE DAL PUNTO 34 AL 36 *

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

* VEDASI DICHIARAZIONE PUNTO 3

L-MEDIC S.R.L.
 Viale Stracurgo 2 - 90146 Palermo
 Tel. 091 313134
 P.IVA/Cod. Fisc. 06903880827

L-Medica S.r.l.

Viale Strasburgo 214, 90146 Palermo
Tel-Fax 091/513134
Email: l.medica@virgilio.it
P.IVA/Cod. Fisc. 06003880827
I. Ruolo 290869



Spett.le A.R.N.A.S.
Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo
c.a. U.O. Provveditorato

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 LASER AD OLMIO PER L'U.O. DI UROLOGIA DELL'ARNAS.

RIF. VS. RICERCA DI MERCATO PUBBLICATA IN DATA 12/08/20

Con la presente, in riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto **Marcello Longo**, nato a Catania il 29/10/1966, C.F. LNGMCL66R29C351W nella qualità di Amministratore Unico della **Ditta L-Medica S.r.l.** con sede legale ed amministrativa a Palermo in Viale Strasburgo N. 214, Tel/Fax 091/513134, PEC (posta elettronica certificata): l-medica@pecsoluzioni.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06003880827, codice attività: 464630, iscritta alla CCIAA di Palermo – al n. 06003880827- REA(Repertorio Economico Amministrativo) al n. 290869,

DICHIARA

- 1) CHE CODESTA DITTA DISPONE DI ATTREZZATURE AVENTI CARATTERISTICHE COLLIMANTI CON QUELLE DESCRITTE NELLA VOSTRA SCHEDA TECNICA ALLEGATA.
- 2) CHE IL COSTO MEDIO DI VENDITA (IVA ESCLUSA) PER IL LASER E' DI € 210.000,00 CHE COSTO MEDIO DI VENDITA (IVA ESCLUSA) PER LE FIBRE 200 MICRON E' DI € 388,00, PER LE FIBRE 365 MICRON E' DI € 336,00, PER LE FIBRE 550 MICRON E' DI € 336,00
- 3) CHE I COSTI DI VENDITA (IVA ESCLUSA) PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTERVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI PER AZIENDE SANITARE PUBBLICHE O PRIVATE SUL TERRITORIO NAZIONALE SONO I SEGUENTI:

L-Medica S.r.l.

Viale Strasburgo 214, 90146 Palermo
Tel-Fax 091/513134
Email: l.medica@virgilio.it
P.IVA/Cod. Fisc.06003880827
I. Ruolo 290869



LASER AD OLMIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO
A.O. CALDARELLI NAPOLI	204.500,00	2018
A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA' NOVARA	214.920,00	2018

FIBRE

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO
A.O. CALDARELLI NAPOLI	FIBRA 200 MICRON € 397,00	2019
	FIBRA 365 MICRON € 336,00	2019
	FIBRA 550 MICRON € 336,00	2019
A.O. REGIONALE SAN CARLO POTENZA	FIBRA 200 MICRON € 397,00	2019
	FIBRA 365 MICRON € 336,00	2019
	FIBRA 550 MICRON € 336,00	2019
A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI AVELLINO	FIBRA 200 MICRON € 370,00	2020
	FIBRA 365 MICRON € 336,00	2020
	FIBRA 550 MICRON € 336,00	2020

L-Medica S.r.l.

Viale Strasburgo 214, 90146 Palermo

Tel-Fax 091/513134

Email: l.medica@virgilio.it

P.IVA/Cod. Fisc. 06003880827

I. Ruolo 290869



LA SCRIVENTE DITTA È ISCRITTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

Palermo li, 31/08/20

Cordialmente,

Marcello Longe
L-Medica S.r.l.
Amministratore Unico
Marcello Longe