



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. 136 TEC / 2020 del 27-11-2020

<b>OGGETTO:</b>	<i>Sostituzione, installazione e calibrazione sonda Multicanale NDI 65/50L in dotazione all'impianto di smaltimento reflui radioattivi a servizio della Medicina Nucleare del Pad. 24 del P.O. Civico. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art. 63 comma 2, lett.b2/b3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-CIG Z872F53B87</i>
-----------------	---

**U.O.C. Gestione Tecnica**

---

Rif. N° 147 /TEC del 25-11-2020

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Funzionario Istruttore  
Antonino Di Salvo

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica  
Ing. Vincenzo Spira

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO**  
Esercizio 2020

N° Conto economico 5.03.02.01.0102

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2020  
(euro) 8.150.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET  
GEST. TECNICA

Scheda BUDGET allegata  
datata 25/11/2020

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spira

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di novembre, nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n.876 del 06/08/2020 assistito da Federico Forte quale segretario verbalizzante adotta seguente determina:

**Il Direttore f.f.** della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera

**Visto** il D.Lgs. 30.12.1992 n°502 e s.m.i.

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 " Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n° 876 del 06/08/2020, esecutiva, con la quale l'Ing. Vincenzo Spera, in qualità di Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**Premesso:**

- che al pad. 24 del P.O. Civico è stato installato un impianto di smaltimento reflui Comecer V15167, a servizio esclusivo dei nuovi locali destinati all'UOC di Medicina Nucleare, ed un sistema di controllo e verifica della radioattività delle acque reflue prodotte dai servizi igienici, utilizzati dai pazienti che verranno sottoposti ad esami mediante l'utilizzo di radionuclidi, che tramite una sonda multicanale ne impedisce l'immissione diretta in fognatura se i livelli residui di emissione risultano superiori ad una determinata soglia;

- che in data 15/07/2020 si è verificato un evento meteorologico avverso non previsto in tutta la città di Palermo che ha comportato l'allagamento del piano -2 del pad.24 ed in particolare dei locali dell'impianto di smaltimento reflui radioattivi;

- che tra i danni causati dall'allagamento è stata danneggiata in modo irreparabile la sonda multicanale marca GammaTechnical Scintillator Type 5S111068 NDI-65/50L;

**Considerato** che per la specificità dell'intervento tecnico da eseguire è necessario dare incarico direttamente alla casa costruttrice della sonda Gamma Technical;

**Vista** la mail del 6/11/2020 con la quale l'assistente tecnico A. Di Salvo dell'UOC Gestione Tecnica ha richiesto alla ditta Picomed srl, esclusivista in Italia della ditta produttrice Gamma Technical un preventivo di spesa ;

**Vista** la mail del 6/11/2020 con la quale la ditta Picomed, comunica che il costo per la fornitura della sola sonda è di € 6.650,00 oltre IVA ;

**Visto** il successivo preventivo di spesa offerta n.20/00026A del 20/11/2020 della ditta Picomed srl per la sostituzione, installazione e calibratura della sonda NDI 65/50L per l'importo totale di € 8.650,00 ridotto ad € 8.217,50 oltre IVA ;

**Atteso** che il costo totale di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 10.025,35 IVA inclusa, sarà rilevato per l'esercizio economico 2020 sul conto 5.03.02.01.0102 – "Manutenzione e Riparazione Impianti " al centro di costo Medicina Nucleare del P.O. Civico;

**Preso atto che** il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: Z872F53B87;

**Visto** l'articolo 63 comma 2, lett.b2/b3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Dato atto** che il Dirigente proponente il seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del DL 23/10/1996 n° 543 come modificato dalla Legge 20/12/1996 n° 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6/11/102 n°190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del piano Aziendale della prevenzione della Corruzione 2019-2021;

**Determina**

**Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati**

**Affidare** alla Picomed, esclusivista per l'Italia della ditta produttrice Gamma Technical la sostituzione, installazione e calibrazione della sonda NDI 65/50L per l'importo totale di € 8.650,00 ridotto ad € 8.217,50 oltre IVA, a fronte dell'offerta n.20/00026A del 20/11/2020 ;

**Prendere atto** che il costo di cui al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 10.025,35 IVA inclusa, sarà rilevato per l'esercizio economico 2020 sul conto 5.03.02.01.0102 – "Manutenzione e Riparazione Impianti " al centro di costo Medicina Nucleare del P.O. Civico;

**Affidare** l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Tecnica che procederà a trasmettere copia dello stesso all'U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;

**Trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale;


**Dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL Direttore f.f dell'U.O.C. Gestione Tecnica

Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 29-11-2020 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

---

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

---

---

---

Altre annotazioni



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli  
 Piazza Nicola Leotta, 4/m90127 Palermo  
 sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111  
 P.IVA 05841770828

**Allegato alla proposta nr TEC-147-2020 del 25/11/2020 Importo Proposta 10.025,35**

**Oggetto: Sostituzione, installazione e calibrazione sonda Multicanale NDI 65/50L in dotazione all'impianto di smaltimento reflui radiottivi a servizio della Medicina Nucleare del Pad. 24 del P.O Ciivico-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art.63 comma 2,lett.b2/b3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii- CIG Z872F53B87**

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni		Budget Autorizzato	Prop. Delibera	Budget Impegnato		Budget Disponibile
			Budget	Budget			Delibera nr.	Importo	
5.03.02.01.0102 - Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	TECN	7.885.000,00	265.000,00	8.016.336,51					104.620,33

TEC-147-2020

10.025,35

**TOTALE PRENOTATO**

**10.025,35**



**X** Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget