



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
Unità Operativa Rinnovo Tecnologico
Impianti ed Attrezzature
Piazza Nicola Leotta n. 4
Telefono: 091- 6662241/681
Fax: 091 – 6662301
www.arnascivico.it
E-mail: conto.capitale @arnascivico.it
P.IVA 058417708283

Palermo,

DITTE VARIE

Oggetto: Indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di n. 1 sistema video per n. 2 broncoscopi Olympus BF type PE2 in dotazione all'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria dell'Arnas".

Questa Amministrazione deve acquistare n. 1 sistema video per n. 2 broncoscopi Olympus BF type PE2 in dotazione all'U.O. di Terapia Intensiva Respiratoria dell'Arnas".

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di attrezzature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il costo di vendita esclusa IVA;
- 3) i migliori prezzi di vendita esclusa IVA per forniture di pari oggetto intervenute negli ultimi due anni, presso altre Aziende Sanitariee/o Ospedaliere Pubbliche o Private sul territorio nazionale. A tal fine la Ditta dovrà compilare l'apposita tabella a margine della scheda tecnica.

Le ditte che non presenteranno l'elenco dei migliori prezzi praticati non saranno presi in considerazione.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il 11.01.2021 al seguente numero di fax 091/6662301 all'attenzione della Dott.ssa Chiara Giannobile contattandola per qualsiasi informazione al seguente numero telefonico 091/6662681, o al seguente indirizzo email: conto.capitale@arnascivico.it fax 091/6662301 per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 091/6662636.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Si prega di voler comunicare allo scrivente ufficio se la Ditta è iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Gestione nuove tecnologie e finanziamenti
Dr.ssa Chiara Giannobile

Regione Sicilia
Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione
Civico-Di Cristina-Benfratelli
Palermo

SCHEDA COMPARAZIONE PREZZI

Il sottoscritto	_____
Legale rappresentante della ditta	_____

DICHIARA

Sotto al propria responsabilità, che I prezzi al netto di I.V.A: offerti per gli stessi prodotti, praticati negli ultimi ventiquattro mesi dalla ditta presso altre strutture sanitarie pubbliche e/o private sono i seguenti:

Struttura _____ di _____			
		Codice _____	a Euro _____

Struttura _____ di _____			
		Codice _____	a Euro _____

Struttura _____ di _____			

Struttura _____ di _____			
		Codice _____	a Euro _____

Il Legale rappresentante: _____

Il sistema video deve essere compatibile con n. 2 broncoscopi Olympus BF type PE 2, deve eseguire broncoscopie e tracheotomie per via per cutanea nei pazienti COVID 19.

SCHEDA TECNICA SISTEMA VIDEO

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
1. adattatore per collegare video processore HD Evis Exere II dell'Olympus		
2. video processore OTV-SC2 Olympus		
3. monitor per vedere le immagini Sony LMD-2140Md		
4. fonte luminosa Evis Exera III		
5. carrello Work station WM-NP2		