



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n.50/2016 per acquisire in noleggio 53 maceratori e 13 macchine svuota sacche, e per la fornitura di materiale di consumo monouso e non monouso. La durata dell'appalto è quinquennale, si richiede l'assistenza tecnica full risk.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura d'appalto, per la quale si richiede un contributo tecnico agli operatori economici.

Questa ARNAS intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di procedere al noleggio e alla fornitura in epigrafe (meglio descritta nelle allegate schede con la parte relativa alle specifiche tecniche), che l'Amministrazione si riserva di modificare nell' indicenda procedura di gara.

Al fine di verificare tutti gli elementi di natura tecnico-economica correlati alla scelta della più opportuna procedura di selezione del contraente, e allo scopo di determinare una congrua base di gara, questa ARNAS chiede agli operatori economici interessati di inviare **entro e non oltre il 20.01.2021 a provveditorato@arnascivico.it** : a) il prezzo orientativo per il noleggio e per la fornitura del materiale in argomento, nonché i prezzi di aggiudicazione risultanti da procedure di gara esperite da altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale, con l'indicazione delle stesse, se riferibili a prestazioni uguali o analoghe a quelle richieste da questa ARNAS, nell'ultimo triennio; b) ogni eventuale proposta, migliorativa, di ordine tecnico-organizzativo relativa allo svolgimento delle prestazioni richieste .

La presente consultazione ha dunque scopo meramente esplorativo, e, pertanto, qualunque dichiarazione formulata dagli operatori economici non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della procedura di gara.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARNAS. I dati raccolti con la presente saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza, nell'ambito, comunque, della indagine che qui interessa.

Il Provveditore ARNAS

Ing. Vincenzo Spera

Materiale monouso

Articolo	Fabbisogno annuo
Pappagallo	70.000
Padella italiana con coperchio	50.000
Arcella reniforme	80.000
Catino rettangolare	100.000
Brocca graduata	30.000
Gel Solidificante	20.000


Materiale non monouso che la ditta aggiudicataria deve installare presso le UU.OO.

Articolo	Fabbisogno previsto per l'intera fornitura
Supporto letto pappagallo	600
Supporto per padella italiana	600
Supporto bacinella	1.500
Distributore pappagalli	50

Netter



Roberto e documento il 16-11-2011 



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

DIREZIONE MEDICA
P.O. CIVICO

Piazza Nicola Leotta nr. 4
90127 PALERMO

Telefono
091 6666235/6662644
dscivico@arnascivico.it

Fax
091 6662296
www.arnascivico.it

Scheda tecnica Brocca monouso

Impiego previsto:

contenitore generico con graduazione interna adeguato per la misurazione delle urine, liquidi in genere, igiene intima capacità litri 1,5

Composizione:

carta di cellulosa riciclata, impermeabilizzante, leganti e coadiuvanti della carta

Tenuta massima liquidi:

36 ore acqua 4 ore liquidi organici

Biocompatibilità-Atossicità

secondo la norma ISO 10993-10:2010 (test per l'irritazione cutanea sensibilizzazione e tossicità).

Biodegradabilità

il prodotto è biodegradabile in ambiente acquoso secondo il Metodo di Sturm modificato G.U. 07.12.90



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

DIREZIONE MEDICA
P.O. CIVICO

Piazza Nicola Leotta nr. 4
90127 PALERMO

Telefono	Fax
091 6666235/6662644	091 6662296
dscivico@arnascivico.it	www.arnascivico.it

Scheda tecnica macchina svuota sacca

Macchina per tagliare e svuotare le sacche di urina monouso ed altri contenitori di fluidi organici.

Caratteristiche essenziali

- Misure cm. 40x45x120 circa, peso Kg.5 0in modo da essere posizionata in spazi ristretti
- .La macchina deve essere automatica ad avvio manuale.
- La struttura interamente in acciaio
- Non deve essere allacciata alla rete elettrica per evitare o fermi tecnici dovuti a cali di tensione.
- Deve essere dotata di un meccanismo idoneo ed efficace per il taglio delle sacche in modo da evitare qualunque rischio di contagio agli operatori.
- La macchina deve essere dotata di un sistema di controllo in grado di fornire indicazioni circa gli interventi da effettuare e deve compiere tutte le operazioni previste in tempi ridotti, nell'ordine di secondi.
- La macchina deve essere dotata di un sistema di pulizia della camera di taglio da azionare ad ogni fine turno,
- La macchina deve essere compatibile con i Regolamenti legislativi previsti quali il D.Lgs 81/2008 e con la Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Si richiede inoltre programma di formazione sul corretto utilizzo per il personale dell'Arnas