

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 6 TEC/2021 del 22 01 2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Fornitura ed installazione di sistemi di monitoraggio temperatura congelatori a - 80°C presso il Laboratorio Specialistico di Oncologia Ematologica del P.O. Civico e il Laboratorio Analisi del P.O. Di Cristina per conservazione vaccini antiCovid19 . - Imputazione di costo - ditta Biomerieux Italia S.p.A.. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2/3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

U.O.C. Gestione Tecnica

Proposta n. 6 del 19.01.2021

Non comporta spese e/o oneri a carico del bilancio

L'Estensore
Sig.ra Arcoleo Concetta

Arcoleo Concetta

Il Funzionario Tecnico
Tec. A. Di Salvo

A. Di Salvo

Il Direttore F.F. U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. V. Spera

V. Spera

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

**VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2020**

N° Conto economico PROGETTO COV-21

N° Conto patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2020 (euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto ed i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del budget aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

Scheda budget allegata
datata 19/01/2021

Il Responsabile
del Procedimento

Ch

Il Direttore dell'U.O.C.

Dott.ssa R. Di Fresco

R. Di Fresco

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di Gennaio,
nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo
in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 876 del
06/08/2020, assistito da Dr. SALVO ANCONINO, quale segretario verbalizzante adotta la seguente
determina:

Il Direttore ad interim della U.O.C. Gestione Tecnica Ing. Vincenzo Spera,

premessi che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; tale termine è stato successivamente prorogato con ulteriori decreti del Consiglio dei Ministri;

Atteso che sono stati emanati Decreto Legge 23/2/2020 n. 6, e i DPCM 25/2/2020, DPCM 01/03/2020, DPCM 04/03/2020, DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, D.L. 17/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 01/04/2020, DPCM 11/04/2020 e DPCM 26/4/2020 recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che sono di tutta evidenza le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute pubblica e dell'ambiente come accertate dal combinato disposto dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e del Decreto Legge 23/2/2020 n. 6;

Vista l'Ordinanza n. 25/2020 dell'08 ottobre 2020, con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nomina, a norma dell'art. 2, comma 12, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato, per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale, approvato dal Ministero della Salute, per il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19, prevede interventi volti al potenziamento delle Terapie Intensive e dei Pronto Soccorso;

Considerato che nell'ambito del piano regionale di vaccinazione anticovid19 questa Arnas (con nota prot.47379 del DASOE del 23/12/2020) è stata individuata come Hub provinciale per la conservazione e la somministrazione dei vaccini anticovid;

Considerato inoltre che per la conservazione del vaccino sono stati individuati i locali posti al quarto piano del padiglione 17c UO Laboratorio Specialistico di Oncematologia e colture cellulari del P.O.Civico e il Laboratorio Analisi del P.O. Di Cristina ove sono collocati congelatori a -80 e frigoriferi aventi le necessarie caratteristiche;

Che al fine di controllare costantemente la temperatura dei 4 congelatori -80°C (n.3 del Laboratorio Specialistico di Oncologia Ematologica del P.O. Civico ed n.1 del Laboratorio Analisi del P.O. Di Cristina) e del frigo +2/+8°C (Laboratorio Specialistico di Oncologia Ematologica del P.O. Civico), individuati per la conservazione dei vaccini, si rende necessario l'installazione di un sistema di monitoraggio continuo delle temperature con relativi allarmi;

Considerato che già all'interno dell'ARNAS, l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. Civico e la Farmacia con UFA hanno in dotazione un sistema a radiofrequenza Labguard della ditta Biomerieux Italia per il monitoraggio continuo delle temperature di frigoriferi, congelatori e frigo emoteche con relativo software di gestione che consente di remotizzare gli allarmi per guasti o anomalie di funzionamento e di poter ampliare i punti di controllo delle temperature anche in altre sedi all'interno della azienda tramite un normale collegamento alla rete intranet aziendale utilizzando il PC server della Medicina Trasfusionale ;

Viste le richieste di preventivo di spesa del 15, 22, 30 del mese di dicembre inoltrate mezzo mail, dall'U.O.C. Gestione Tecnica alla ditta Biomerieux Italia S.p.a. per la fornitura di

- n° 3 trasmettitori a 2 ingressi mod. 868/Display;
- n° 2 ricevitore 868 POE/USB ;
- n° 4 sonde calibrate a -80°C;
- n° 1 sonda calibrata +2/+8 °C;

Visti i preventivi di spesa della ditta Biomerieux Italia S.p.A. n°300138227 del 23/12/2020 per l'importo di € 5.130,20 oltre IVA e n°300138791 del 08/01/2021 per l'importo di € 803,52 oltre IVA per un importo totale di € 5.933,72 oltre IVA ;

Rilevato che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-21" a gravare su somme extra budget, per cui il costo di € 5.933,72 IVA esclusa sarà prenotato sull'applicativo contabile del Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria Covid 19" sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione

e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" ai centri di costo dell'U.O.C. Oncologia Ematologica del P.O. Civico e Laboratorio Analisi P.O. Di Cristina;

Preso atto che:

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: Z8E30346D5;
- il Durc prot. 24139872 risulta regolare con scadenza validità del 11/02/2021;
- **Visto** l'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2/3 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Dato atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come ne rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020-2022;

DETERMINA di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

Approvare la fornitura di:

- n° 3 trasmettitori a 2 ingressi mod. 868/Display;
- n° 2 ricevitore 868 POE/USB ;
- n° 4 sonde calibrate a -80°C;
- n° 1 sonda calibrata +2/+8 °C;

per il monitoraggio della temperatura di n° 3 congelatori a – 80° e di un frigo +2/+8°C c/o il laboratorio di Oncologia Ematologica del P.O. Civico e di n.1 congelatore -80° C c/o i laboratorio analisi del P.O. G. di Cristina, individuati per la conservazione dei vaccini anticovid19;

Prendere atto che la fornitura del suddetto materiale è stata affidata alla Ditta Biomeriux Italia S.p.A, a fronte del preventivi i preventivi di spesa n°300138227 del 23/12/2020 per l'importo di € 5.130,20 oltre IVA e n°300138791 del 08/01/2021 per l'importo di € 803,52 oltre IVA per un importo totale di € 5.933,72 oltre IVA ;

Dare atto che per far fronte all'emergenza sanitaria è stato attivato un Progetto denominato "COV-21" a gravare su somme extra budget, per cui il costo di €. 5.933,72 IVA esclusa sarà prenotato sull'applicativo contabile del Progetto COV-21 "Emergenza sanitaria Covid 19" sul conto 5.03.03.01.0101 – "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie" ai centri di costo dell'U.O.C. Oncologia Ematologica del P.O. Civico e Laboratorio Analisi P.O. Di Cristina;


Dare atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'Ufficio U.O.C. Gestione Tecnica;

Trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale, al collegio sindacale ed alla UOC Economico-Finanziaria;

Pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine dirigenziali";

Dare atto ex art.6 bis L 241/1990 che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE F.F.
U.O.C. Gestione Tecnica
Ing. Vincenzo Spera



Il Segretario Verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 24.01.2021 al giorno _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
