



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo  
Telefono  
091 6662655  
FAX  
091 6662672  
EMAIL [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)  
WEB  
[www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org)  
P.IVA 05841770828

Den. Amm. : A.R.N.A.S.  
Cod. AOO : DIRAZI  
N. Prot. : 0001418  
Data Prot. : 27-01-2021 13:35:39  
Tipo Reg. : Interno  
Cod. Reg. : REG\_INT\_191217170702\_I



## AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

**Titolo dell'appalto:** Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di "n. 1 Apparecchiatura di dialisi neonatale "Carpe Diem" o di altra apparecchiatura con caratteristiche tecniche simili o analoghe e di n. 15 kit per effettuare il trattamento.

La suddetta apparecchiatura risulta prodotta e commercializzata dalla ditta Bellco S.r.l., con sede in Via Camurana, 1-41037 Mirandola (MO).

**Informazioni complementari:** Con il presente avviso si intende effettuare apposita indagine di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di quest'ARNAS, altri operatori economici possano fornire l'apparecchiatura in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe.

Si invitano, pertanto, gli operatori interessati a manifestare a quest' ARNAS l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura di "n. 1 Apparecchiatura di dialisi neonatale oggetto del presente avviso, entro e non oltre il termine del giorno 03/02/2021 h. 10,00, dichiarando la disponibilità a fornire la predetta apparecchiatura con caratteristiche tecniche simili o analoghe a quella sopra indicata, proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza dell'apparecchiatura offerta alle medesime caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'ARNAS Civico di Palermo, all'indirizzo pec: [ape.ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape.ospedalecivicopa@pec.it) e deve riportare come oggetto: "manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura d'acquisto "per la fornitura di "n. 1 Apparecchiatura di dialisi neonatale". Nel caso in cui a seguito della presente indagine conoscitiva, venga confermato che la società sopra menzionata costituisca unico operatore economico in grado di fornire quanto richiesto, l'Arnas procederà ad istruire sul MEPA la trattativa diretta, affidando la suddetta fornitura, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Bellco S.r.l. individuata quale unica fornitrice.

Il Direttore ff. UOC Provveditorato  
Ing. Vincenzo Spera

## DESCRIZIONE APPARECCHIATURA DIALISI NEONATALE

La dialisi extracorporea neonatale necessita di un adeguato accesso venoso vascolare (CVC bilume 5Fr, 6cm), uso protratto di anticoagulanti, di apparecchiature dedicate:

macchina per ED/CRRT con pompe sangue , dialisato reinfusione, eparina/citrato(calcio) ad alta precisione sui piccoli volumi : peso corporeo dei piccoli pazienti 2.5-8Kg

Apparecchiatura dotata di bilance ad alta precisione (risoluzione dell'errore pari ad 1gr)

Filtro di piccole dimensioni e linee ematiche : <10-15% del volume ematico del neonato (70ml/kg pc)

Priming volume 25ml, calcolato in modo automatico dalla macchina ; priming con albumina/sangue

Flusso max filtro 50ml/min

Pompe peristaltiche innovative con rulli in grado di garantire la più alta precisione dei flussi di sangue