

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

LOTTO N. 1 cig 86079576D4

Caratteristiche tecniche: tampone per prelievi naso faringei, per biologia molecolare che mantengono la vitalità di virus di tipo H1N1 o COVID-19. Il Kit per raccolta e trasporto di campioni biologici in confezione sterile monouso deve contenere: provetta in polipropilene con tappo a vite e terreno di trasporto 3 ml, asta in nylon floccata con chiara indicazione del punto di rottura dell'asta di vari diametri

Il Kit deve essere marcato CE-IVD

il prelievo di campioni biologici provenienti da naso, gola e test molecolari;

A supporto della qualità del prodotto la Ditta dovrà presentare pubblicazioni scientifiche (elencare almeno 10 pubblicazioni) e indicare la validazione per test di biologia molecolare (elencare piattaforme/aziende che riportino il sistema proposto sulla metodica/manuale)

Il kit deve essere compatibile per le apparecchiature DIASORIN e CEPHEID di proprietà dell'Anas ed in dotazione all'UOC di Microbiologia e Virologia.

descrizione prodotto

Provette con liquido di trasporto e sonde floccate per prelievi naso faringei, per biologia molecolare che mantengono la vitalità del virus di tipo H1N1 o Covid-19

quantità richiesta	prezzo unitario a base d'asta	base d'asta iva esclusa	cig.
kit. 75.000	€ 2,30	€ 161.000,00	86079576D4

Il Direttore FF dell' UOC Prowediorato

Ing. Vincenzo Spina