Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0002735
Data Prot. : 16-02-2021 16:15:27
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di n. 1riscaldatore a secco per l'U.O.C. di Medicina nucleare del P.O. Civico dell'ARNAS.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il riscaldatore di cui in oggetto, meglio dettagliato nella scheda tecnica allegata alla presente.

A tal fine intende verificare:

1) se codesta ditta dispone di riscaldatori aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;

2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di bene. Nel caso che, al presente avviso darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale. Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche. Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza, che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 24.02.2021 alla seguente *e-mail : provveditorato@arnascivico.it*

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la D.ssa R. V. Miceli alla seguente *e-mail : rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it*-numero telefonico 091/6662655.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff. U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera

SCHEDA TECNICA

RISCALDATORE A SECCO SCHERMATO PER RADIOFARMACI

- Temperatura impostabile tra 80 e 100 senza utilizzo di acqua o vapori, essenziale per l'istallazione all'interno di celle di manipolazione;
- Tempo di riscaldamento impostabile;
- Schermatura in piombo di 4 mm;
- Dotato di alloggio conforme ai comuni vial utilizzati dalle ditte produttrici di radiofarmaci.