



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di n. 1 cicloergometro per l'U.O.C. di Medicina nucleare del P.O. Civico dell'ARNAS.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il cicloergometro di cui in oggetto, meglio dettagliata nella scheda tecnica allegata alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di cicloergometri aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di bene. Nel caso che, al presente avviso darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale. Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche. Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza, che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 24.02.2021 alla seguente e-mail :
provveditorato@arnascivico.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la D.ssa R. V. Miceli alla seguente e-mail :
rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it-numero telefonico 091/6662655.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff. U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera



SCHEDA TECNICA

SISTEMA PER PROVA DA SFORZO CHE GARANTISCA L'ESECUZIONE DI ECG A RIPOSO E DURANTE LO SFORZO, COSTITUITO DA APPARECCHIATURA INTEGRATA SU CARRELLO.

SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA:

- il carrello, deve essere su ruote piroettanti, bloccabili; deve essere elettrificato con un sistema di alimentazione di sicurezza per ovviare per almeno 5 min di funzionamento in caso di interruzione della alimentazione elettrica da rete
- dotato di un cavo ECG a 10 terminali e con pinzetta
- tracciato ECG con caratteristiche conformi alle raccomandazioni AHA per l'ECG diagnostico pediatrico
- l'apparecchio di registrazione deve essere in grado di eseguire l'analisi del tracciato con riconoscimento automatico delle aritmie e di memorizzare i tracciati per la re- analisi del test con e senza filtri utilizzati durante l'esame
- PC di archiviazione ed elaborazione con tastiera e mouse, dotato di elevata velocità di elaborazione e di capacità di memoria estesa da mantenere in archivio almeno 1000 esami ECG da sforzo
- il monitor (display TFT per la visualizzazione diretta in corso dell'esame dei tracciati) deve essere ad alta risoluzione e tassativamente di almeno 24 inches; deve inoltre essere in grado di visualizzare più informazioni (tracciato ECG in tempo reale, complessi mediani in averaging, trend del tratto ST-T, la FC, la pressione arteriosa); possibilità di inserire e di disinserire i filtri utilizzati per l'analisi dell'ECG

- funzione per inserimento dei valori di PA del paziente nelle varie fasi dell'esame
- disponibilità di poter correggere a video i punti di repere dell'analisi automatica del tratto ST-T, con funzioni complete di revisione dell'esame eseguito, e di variazione dei punti di misura per l'analisi del tratto ST-T
- possibilità di comparazione di esami presenti in archivio
- interfaccia di rete per la connessione di sistemi informatici aziendali;
- n. 1 stampante termica integrata formato A 4 ad alta risoluzione per stampa ECG in tempo reale ed in continuo a velocità regolabile
- n. 1 stampante laser A4 per la stampa dei report (si precisa che sono richieste entrambe le stampanti)
- interfaccia per ergometro (cyclette) con funzione per la programmazione dei protocolli di lavoro
- sistema per misurazione automatica della pressione arteriosa con manicotto integrato ed interfacciato al sistema di prova da sforzo;
- presenza dell'interfaccia di espansione ad ergo-spirometria mediante sensore di flusso e di gas O₂ e CO₂ per la determinazione del consumo di ossigeno, produzione di CO₂ e soglia anaerobica.
- **Cyclette con le seguenti caratteristiche di minima:**
 - range di potenza da 20 a 1000 W con step programmabili
 - dotato di controllo manuale
 - display LCD grafico e numerico a colori
 - manubrio e sella regolabili
 - interfacciato e totalmente controllabile dal sistema per prova da sforzo