N.1 AGITATORE TERMICO CON RISCALDATORE DA DESTINARE ALL'U.O. DI FARMACIA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INDICARE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI RISCONTRARE ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	EVENTUALI NOTE
1. Tensione – Frequenza : 230 V – 50/60 HZ		
2. Lunghezza massima barre : 80mm		
3. Range velocità: 0-1500 rpm		
4. Accuratezza controllo velocità : <=10rpm		
5. Display : LCD		
6. Area piatto: >=300 cm^2		
7. Range temperatura : 0-500 °C		
8. Accuratezza controllo temperatura : <=1K		
9. Sonda temperatura esterna : PT 1000 Series		
10. Massima quantità mescolabile (H20): >=10 L		
11. Materiale piatto: acciaio, vetroceramica		

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 3 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO