



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

U.O.C. PROVVEDITORATO

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0005309
Data Prot. : 26-03-2021 12:01:01
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_1



AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per la fornitura annuale di dispositivi per il monitoraggio dei nervi intraoperatori interventi chirurgici al collo, occorrenti all'U.O. di Chirurgia Toracica dell'Arnas.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul M.E.P.A. per la fornitura annuale in somministrazione di **dispositivi per il monitoraggio dei nervi intraoperatori interventi chirurgici al collo, occorrenti all'U.O. di Chirurgia Toracica dell'Arnas.** da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti

una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Arnas ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- ☐ Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- ☐ Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- ☐ Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- ☐ Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- ☐ Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

1. Luogo di realizzazione

La fornitura avverrà mediante la consegna dei prodotti presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico e/o G. Di Cristina" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

2. Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa

Fornitura annuale di dispositivi per il monitoraggio dei nervi intraoperatori interventi chirurgici al collo, occorrenti all'U.O. di Chirurgia Toracica dell'Arnas. meglio descritto nell'allegato alla presente contraddistinto con la lettera A.

3. Presa d'atto

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse



Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando :

- ☐ - Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- ☐ - Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- ☐ - il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio , presso altre Aziende Sanitarie e/ o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di contratto .

Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro “un rivenditore autorizzato” sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/ o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale .

Quanto richiesto, deve pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento , sulla piattaforma telematica dell'Arnas (<https://eprocurement.arnascivico.it/> .)

5.Tutela della privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.

6.Altre informazioni

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro 14 APR. 2021 e dovranno essere indirizzate sempre attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione comunicazioni.


L'istruttore

Sig.ra Lucia Stallone



Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giuseppe Salamone



Il Direttore FF UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



SCHEDA TECNICA

N. 20 SONDE UNIPOLARI

N. 20 PEZZI TUBI ENDOTRACHEALI MISURE 7 E 8