

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

U.O.C. PROVVEDITORATO



AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs n. 50/2016 per la fornitura annuale di materiale occorrente per il blocco operatorio oncologico delle U.O. dell'Arnas.

Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura di gara sulla piattaforma informatica dell'Arnas e/o sul M.E.P.A. per la fornitura annuale di **materiale occorrente per il blocco operatorio oncologico delle U.O. dell'Arnas**, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs 50/16.

La S.A. ritiene opportuno esperire, prima dell'avviso della procedura di gara, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento garantendo, tra l'altro, la pubblicità all'iniziativa di approvvigionamento e l'osservanza dei principi di trasparenza e massima partecipazione degli operatori economici.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e/o 36 del D.Lgs. 50/16. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati. La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento. La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara, "a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti

una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza" (art.66 comma 2 D.Lgs, n. 50/2016). La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Arnas ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura di che trattasi. La S.A. valuterà le soluzioni alternative eventualmente suggerite nel contesto dei contributi forniti ed è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti e notizie che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto ma volta a:

- Agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
- Informare gli operatori economici dell'intendimento della SA di volere indire l'appalto programmato;
- Verificare che le caratteristiche tecniche/organizzative della fornitura non siano limitanti del mercato;
- Consentire eventuali osservazioni su soluzioni o elementi tecnici/organizzativi equivalenti;
- Verificare il prezzo corrisposto per la fornitura dello stesso tipo di bene sul territorio nazionale e comunitario;

1. **Luogo di realizzazione**

La fornitura avverrà mediante la consegna dei prodotti presso il Servizio di Farmacia allocato nei locali del PP.OO. "Civico e/o G. Di Cristina" dell'A.R.N.A.S. di Palermo.

2. **Descrizione dell'oggetto dell'iniziativa**

Fornitura **annuale di materiale occorrente per il blocco operatorio oncologico delle U.O. dell'Arnas, meglio descritto nell'allegato alla presente contraddistinto con la lettera A.**

3. **Presenza d'atto**

Gli operatori economici, all'atto della dichiarazione della risposta alla consultazione, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a presentare offerte.

4. **Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Ai fini suddetti, previa presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, presentando :

- Scheda tecnica del prodotto disponibile;
- Codici di Repertorio e CND del prodotto;
- il miglior prezzo di aggiudicazione nell'ultimo triennio , presso altre Aziende Sanitarie e/ o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di contratto .

Ove alla presente manifestazione di interesse darà riscontro “un rivenditore autorizzato” sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/ o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale .

Quanto richiesto, deve pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente documento , sulla piattaforma telematica dell'Arnas (<https://eprocurement.arnascivico.it/> .)

5.Tutela della privacy


I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati, e /o automatizzati, ai sensi della normativa vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito dell'indagine di cui al presente avviso esplorativo.

6.Altre informazioni

Tutte le richieste di informazioni devono pervenire entro **14 APR. 2021** e dovranno essere indirizzate sempre attraverso la piattaforma telematica dell'Arnas nella sezione comunicazioni.


L'istruttore

Sig.ra Lucia Stallone




Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giuseppe Salamone



Il Direttore FF UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



SCHEDA TECNICA

- Sistema trazione delle ferite latex free per accesso di servizio in **laparoscopia, toracosopia e chirurgia mininvasiva addominale, ginecologia e toracica.**

Il dispositivo si compone di due anelli uniti da una guaina in poliuretano: la guaina assicura una protezione atraumatica circonferenziale da infezioni del sito chirurgico e migrazione di cellule tumorali.

L'anello superiore assicura la retrazione della parete offrendo un ampio cielo al chirurgo e liberando le mani deputate alla retrazione.

La gamma dei protettori/retrattori per le diverse necessità chirurgiche è costituita dalle seguenti misure:

- fabbisogno n. 20 XXS short (1-3 cm)
- fabbisogno n.50 XS (1-3 cm, 2-4 cm) per chirurgia toracica mininvasiva
- fabbisogno n. 30 L (9-14) per chirurgia open ginecologica/oncologica
- fabbisogno n. 10 XL (11-17)
- fabbisogno n. 10 XXL (17-25 cm)

Inoltre nelle misure small e medium il dispositivo deve essere corredato da un tappo a chiusura del device in silicone che permette un eventuale reinserimento del trocar dopo avere estratto il pezzo anatomico in modo da revisionare eventuali punti di sanguinamento in laparoscopia.

Small (2,5-6 cm) 150 pezzi

Medium (5-9 cm) 150 pezzi

(Usati da toracica, ginecologia onc. ch. Oncologica)

Sistema di accesso transanale composta da Gel point Path per chirurgia colon rettale, (T.A.T.M.E)

il sistema per accesso transanale è composto da, una cupola in gel seal con un canale di accesso con introduttore e quattro trocar autofissanti a basso profilo 5/10mm con valvola a tenuta in grado di mantenere lo pneumoperitoneo per tutta la durata della procedura.

La copertura gel seal è costituita da un polimero elastometrico, che crea un fulcro flessibile e quindi facilita la triangolazione e conseguente articolazione della strumentazione laparoscopica.

Il trocar permette di lavorare con strumentazione standard e strumentazione dedicata permettendo un risparmio economico, in caso di necessità è possibile inserire trocar aggiuntivi senza modificazione del gel.

La cupola garantisce un continuo mantenimento del pneumoretto sua volta la cupola in gel si sgancia per una totale rimozione atraumatica dei tessuti.

Il prodotto è latex free.

(per quanto di nostra conoscenza il device è prodotto dalla Ditta Applied),

Sistema sacchetto per evitare il pumping con la pulsazione del retto durante la procedura.

Fabbisogno annuale 25 pezzi. (Usato da chirurgia oncologica)

Trocar per laparoscopia da 5mmx75mm e 5 mmx100mm primo accesso, con cannula di fissaggio avanzato con palloncino latex free e disco di stabilità.

Mandrino dilatante con punta ad elica sequenziale e possibilità di confezionare lo pneumoperitoneo durante l'inserimento, dotato di doppia valvola a doppian entrata completamente rimovibile per l'estrazione di piccoli pezzi anatomici, inoltre cannula a fissaggio avanzato delle stesse dimensioni del trocar sopra descritto con le stesse caratteristiche così da poter utilizzare un solo trocar di accesso e continuare con le cannule.

Fabbisogno 50 pezzi per misura. (Usati da ginecologia oncologica)

Tubo di drenaggio a T tipo Kehr in silicone 10% senza ftalati

fabbisogno annuo 10 pezzi per misura:

Ch8/6

Ch 10

Ch 12