



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: FORNITURA DI STENT MEDICATI SYNERGY MEGATRON

Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio descritto in oggetto. Il presente avviso è propedeutico all'indizione di una procedura d'appalto, per la quale si richiede un contributo tecnico agli operatori economici. L'appalto prevede un unico lotto.

Questa ARNAS intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il prodotto in epigrafe.

Descrizione: stent coronarico premontato in lega di platino cromo a rilascio di Everolimus caratterizzato da un rivestimento abluminale con polimero biorisorbibile e una piattaforma dello stent progettata per l'impianto in vasi di grosso calibro, con una capacità di sovra espansione fino a 6,00 mm di diametro per tutte le misure.

Prestazioni: le caratteristiche specifiche della piattaforma sono studiate per ottimizzare l'impianto in vasi coronarici di grosso calibro, con la possibilità di una sovra espansione dal diametro nominale fino al diametro di 6,0 mm. La piattaforma dello stent, con uno spessore, di maglia di 89 micron, garantisce un'elevata forza assiale e radiale dello stent, un'elevata radiopacità, mantenendo la flessibilità e adattabilità all'anatomia del vaso.

Indicazioni d'uso: biforcazione, lesione ostiale, coronaria principale (tronco comune) non protetta, occlusione totale, restenosi all'interno dello stent, innesto della vena safena, malattia multi vasale,

Al fine di verificare tutti gli elementi di natura tecnico-economica correlati alla scelta della più opportuna procedura di gara, questa ARNAS chiede agli operatori economici interessati di inviare **entro e non oltre il 16.04.2021 a provveditorato@arnascivico.it** : a) il prezzo orientativo per il prodotto indicato, nonché i prezzi di aggiudicazione risultanti da procedure di gara esperite da altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale nell'ultimo triennio, con l'indicazione delle stesse, se riferibili a prodotti uguali o analoghi a quelli richiesti da questa ARNAS.

La presente consultazione ha dunque scopo meramente esplorativo, e, pertanto, qualunque dichiarazione formulata dagli operatori economici non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della procedura di gara.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARNAS. I dati raccolti con la presente saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza, nell'ambito, comunque, della indagine che qui interessa.

Il Provveditore ARNAS
Ing. Vincenzo Spina