



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

PROP. 53.

All "A"

000429

# AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata n. 4 lotti per la fornitura e posa in opera di n. 1 sonda radiochirurgica, n. 1 cicloergometro, n. 1 frigorifero e n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Civico dell'ARNAS, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

N. GARA \_\_\_\_\_

CUP \_\_\_\_\_

## **1 . PREMESSE**

Con delibera n. .... del ....., questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 DLGS 50/16, la procedura di gara sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n. 1 sonda radiochirurgica, n. 1 cicloergometro, n. 1 frigorifero e n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Civico dell'ARNAS, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata sul MEPA e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.

I luoghi di svolgimento delle consegne delle forniture sono specificatamente individuati di seguito - codice NUTS ITG12

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalia Valeria Miceli.

## **2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale con annesse schede tecniche;
- Avviso di gara;
- Disciplinare di gara;
- Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;
- Modello dichiarazione in materia di flussi;
- Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;
- CODICE ETICO adottato dall'Arnas;
- DGUE.

Sul sito Internet [www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it) verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO n. ....

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma MEPA nell'apposita sezione riservata: "COMUNICAZIONI" entro il termine indicato nella RDO. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

## **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

### **2.3.COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Procedura articolata in 4 lotti:

- Lotto n. 1: n. 1 sonda radiochirurgica da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 41.800,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 2: n. 1 cicloergometro da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 18.700,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 3: n. 1 frigorifero da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 600,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 4: n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 2.900,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_

## **NON SONO PREVISTI ONERI PER LA SICUREZZA.**

Le forniture sono finanziate con Fondi accantonamenti 2018 ed ante –TOURNOVER-LINEA -SUB 54.

## **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

### **4 .REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

### **6. REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio certificati

camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

### **6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

n. 2 dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro rischi professionali.

### **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Elenco delle principali forniture di attrezzature sanitarie effettuate negli ultimi 2 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

### **6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI , CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta dovrà essere formulata per singolo lotto.

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, inserita sulla piattaforma MEPA (RDO n.....) e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro il .....

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed Economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezioni di pertinenza relative dunque "al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed economica.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta amministrativa dovranno essere inseriti seguenti documenti:

a) DGUE;

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica del/i sottoscrittore/i;

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;

f) eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);

Nella sezione relativa al tipo di richiesta tecnica dovranno essere inseriti seguenti documenti:

- Depliant illustrativi;

- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto;

- Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione qualitativa con indicazione anche in questo caso di numero e pagina;

- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura;

- Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello;

- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti.

I suddetti documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo il precedente elenco da 1 a 6.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **economica**:

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo.

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente

raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

## **11. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art: 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **12. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il modello All."A".

## **13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Da compilare ad opera del concorrente (DGUE.) Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IL \_\_\_\_\_



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ALL. B<sup>9</sup>

000429

### CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata n. 4 lotti per la fornitura e posa in opera di n. 1 sonda radiochirurgica, n. 1 cicloergometro, n. 1 frigorifero e n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Civico dell'ARNAS, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso- Numero gara ANAC-----

-----

CUP -----

Procedura articolata in 4 lotti:

- Lotto n. 1: n. 1 sonda radiochirurgica da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 41.800,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 2: n. 1 cicloergometro da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 18.700,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 3: n. 1 frigorifero da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 600,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 4: n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 2.900,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_

Fonte di finanziamento: Fondi accantonamenti 2018 ed ante –TOURNOVER-LINEA -SUB 54.

Art 1  
ESECUZIONE DELLA  
FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature in oggetto, presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'A.R.N.A.S. previo accordo con il Responsabile. La consegna dovrà essere effettuata perentori mente entro e non oltre giorni 30 dall'ordine.
2. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
3. La consegna ed il montaggio di quanto consegnato dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.
4. L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

**All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 315 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.**

Art 2  
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA  
AGGIUDICATARIA

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura. viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.

Art.3 COLLAUDO  
VERIFICA

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a collaudo e verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.
2. Delle operazioni di collaudo si darà atto con la redazione di apposito verbale. L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni e dai risultati cui pervengono i collaudatori
3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione compresa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;
  - verifica del corretto funzionamento dei beni forniti;
  - verifica di conformità dei beni forniti alle norme comunitarie e alla normativa vigente
4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.
- La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

#### Art.4

#### ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica. fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. Garanzia 24 mesi: l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dei beni forniti per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti non imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

- a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;
- b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;

L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

#### Art.5

#### INADEMPIENZE / PENALITÀ

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 1, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

**Art.6**  
**FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

L'acquisto è finanziato con Fondi accantonamenti 2018 ed ante –TOURNOVER-LINEA -SUB 54. Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente.previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture.a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

**Art.7**  
**SPESE**

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d'uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.
- 2.Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali.a titolo esemplificativo.quelle di facchinaggio,imballaggio,trasporto,e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

**Art.8**  
**CONTROVERSIE**

- 1.Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.
- 2.Comunque,per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

**Art.9**  
**NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e da presente capitolato valgono.in quanto applicabili:

- O le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R .D .18.1.1923 n .2440;
- O il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n . 827;ùC il D. Lgvo n . 50 / 2016 ;
- O le disposizioni regionali vevoli per i beni acquisiti con finanziamenti irJ / capitale ; I e norme del codice civile che disciplinano i contratti .

IL Direttore F.F. della U.O.C.  
Provveditorato  
( Ing. Vincenzo Spera)

La ditta obbligata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Agli effetti di cui agli artt.1341e1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione dicui al comma2 dell'art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:  
<<Comunque.per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**LOTTO N. 1  
SCHEDA TECNICA**

<b>Caratteristiche minime richieste per la sonda:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Pagina della scheda tecnica a cui fare riferimento</b>
- modalità wireless;			
- diametro non superiore a 22 mm (n. 2 sonde differenti, a scelta, di cui n. 1 per uso laparoscopico);			
- cristallo di rilevazione: LYSO (Ortosilicato di Lutezio-Ittrio) o BGO (Germanato di Bismuto) e fotomoltiplicatore a stato solido, o GAGG (Ce) – Granato di Gallio in Alluminio Gadolinio drogato al Cerio;			
range energetico da 30 KeV a 511 KeV o superiore;			
compatibilità con 125I, 99m-Tecnezio, 57-Cobalto, F18;			
- risoluzione energetica $\geq 11\%$ a 140 KeV;			
- sensibilità $\geq 22$ cps/KBq $\pm 10\%$ con sorgente a 0 mm di distanza;			
- elevata efficienza della schermatura laterale $\geq$ al 99,9% per 99m-Tecnezio;			
- risoluzione spaziale $\leq 17$ mm con sorgente a 15 mm di distanza;  - durata della batteria non inferiore alle 3 ore;  - sterilizzabile.			

<b>Caratteristiche minime richieste per l'unità centrale:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Pagina della scheda tecnica a cui fare riferimento</b>
- portatile e di peso non superiore ai 4kg;			
- software intuitivo e con possibilità di aggiornamenti tramite porta usb;			
- batteria interna ricaricabile con durata non inferiore alle 4 ore;			
- display luminoso a colori, touch-screen;			
- generatore di suono a frequenza variabile, con regolatore di volume e soglia;			
- almeno due finestre energetiche separate;			
- possibilità di preselezionare finestre energetiche per i radioisotopi utilizzati più frequentemente (99m-Tecnezio, 125I);			
- sorgente radioattiva per controllo di qualità (da fornire).			

**Dovranno inoltre essere garantite:**

- assistenza tecnica in garanzia full-risk per 24 mesi;
- training in loco da parte di personale qualificato (almeno 5 procedure complete).

## LOTTO N.2

### SCHEDA TECNICA

**SISTEMA PER PROVA DA SFORZO CHE GARANTISCA L'ESECUZIONE DI ECG A RIPOSO E DURANTE LO SFORZO, COSTITUITO DA APPARECCHIATURA INTEGRATA SU CARRELLO.**

#### **SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA:**

- il carrello, deve essere su ruote piroettanti, bloccabili; deve essere elettrificato con un sistema di alimentazione di sicurezza per avviare per almeno 5 min di funzionamento in caso di interruzione della alimentazione elettrica da rete
- dotato di un cavo ECG a 10 terminali e con pinzetta
- tracciato ECG con caratteristiche conformi alle raccomandazioni AHA per l'ECG diagnostico pediatrico
- l'apparecchio di registrazione deve essere in grado di eseguire l'analisi del tracciato con riconoscimento automatico delle aritmie e di memorizzare i tracciati per la re- analisi del test con e senza filtri utilizzati durante l'esame
- PC di archiviazione ed elaborazione con tastiera e mouse, dotato di elevata velocità di elaborazione e di capacità di memoria estesa da mantenere in archivio almeno 1000 esami ECG da sforzo
- il monitor (display TFT per la visualizzazione diretta in corso dell'esame dei tracciati) deve essere ad alta risoluzione e tassativamente di almeno 24 inches; deve inoltre essere in grado di visualizzare più informazioni (tracciato ECG in tempo reale, complessi mediani in averaging, trend del tratto ST-T, la FC, la pressione arteriosa); possibilità di inserire e di disinserire i filtri utilizzati per l'analisi dell'ECG
- funzione per inserimento dei valori di PA del paziente nelle varie fasi dell'esame
- disponibilità di poter correggere a video i punti di repere dell'analisi automatica del tratto ST-T, con funzioni complete di revisione dell'esame eseguito, e di variazione dei punti di misura per l'analisi del tratto ST-T
- possibilità di comparazione di esami presenti in archivio
- interfaccia di rete per la connessione di sistemi informatici aziendali;
- n. 1 stampante termica integrata formato A 4 ad alta risoluzione per stampa ECG in tempo reale ed in continuo a velocità regolabile
- n. 1 stampante laser A4 per la stampa dei report (si precisa che sono richieste entrambe le stampanti)
- interfaccia per ergometro (cyclette) con funzione per la programmazione dei protocolli di lavoro
- sistema per misurazione automatica della pressione arteriosa con manicotto integrato ed interfacciato al sistema di prova da sforzo;
- presenza dell'interfaccia di espansione ad ergo-spirometria mediante sensore di flusso e di gas O<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub> per la determinazione del consumo di ossigeno, produzione di CO<sub>2</sub> e soglia anaerobica.
- **Cyclette con le seguenti caratteristiche di minima:**
  - range di potenza da 20 a 1000 W con step programmabili
  - dotato di controllo manuale
  - display LCD grafico e numerico a colori
  - manubrio e sella regolabili
  - interfacciato e totalmente controllabile dal sistema per prova da sforzo

### **LOTTON.3**

#### **SCHEDA TECNICA**

#### **FRIGORIFERO**

- Color legno (tipo noce scuro);
- Mono porta;
- Sistema di raffreddamento statico;
- Cella freezer no-frost;
- Capacità max 85 lt;
- Classe energetica: almeno A+
- Altezza: max 85 cm .

### **LOTTON.4**

#### **SCHEDA TECNICA**

#### **RISCALDATORE A SECCO SCHERMATO PER RADIOFARMACI**

- Temperatura impostabile tra 80 e 100 senza utilizzo di acqua o vapori, essenziale per l'installazione all'interno di celle di manipolazione;
- Tempo di riscaldamento impostabile;
- Schermatura in piombo di 4 mm;
- Dotato di alloggiamento conforme ai comuni vial utilizzati dalle ditte produttrici di radiofarmaci.



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ALL e

000429

**AVVISO**  
**N° gara per AVCP**

Questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4 ha lanciato sul MEPA una RDO avente il numero \_\_\_\_\_ per la fornitura e posa in opera di n. 1 sonda radiochirurgica, n. 1 cicloergometro, n. 1 frigorifero e n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Civico dell'ARNAS, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

La gara è articolata in quattro lotti.

- Lotto n. 1: n. 1 sonda radiochirurgica da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 41.800,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 2: n. 1 cicloergometro da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 18.700,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 3: n. 1 frigorifero da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 600,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_;
- Lotto n. 4: n. 1 riscaldatore a secco da destinare all'U.O.C. di Medicina Nucleare, importo a base di gara € 2.900,00 oltre Iva-CIG \_\_\_\_\_.

L'aggiudicazione sarà operata ai sensi dell'art. all'art.95 c.4 lettera b) del D.Lgs. 50/16 e cioè in favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso trattandosi di fornitura standardizzata e per cui non ricorre l'uso di manodopera.

Le offerte dovranno pervenire con le modalità indicate, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno \_\_\_\_\_ attraverso la piattaforma MEPA.

Il capitolato tecnico e il disciplinare, sono prelevabili dal profilo del committente [www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla D.ssa V. Miceli al seguente numero telef. 091.6662655 – 091.6662241 - Fax 091/6662672 mail: [rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it](mailto:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it).

Il Direttore ff. U.O.C. Provveditorato  
Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

ALL "D"

000429

## Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'

### PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra

l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI  
alla scelta del contraente

#### PARTECIPANTE \_\_\_\_\_

Specificare tipologia e oggetto procedura \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_; (ove prevista)

### PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell' ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori

all' amministrazione aggiudicatrice.

## **Art. 1 – Oggetto**

**1.1.** Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

## **Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS**

**2.1.** Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

**2.2.** A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai concorrenti/contraenti.

**2.3** L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

## **Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**

**3.1.** Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

**3.2.** Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

**3.3.** Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

**3.4.** Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi
- i) guardiania dei cantieri.

**3.5.** Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

**3.6.** L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

**3.7.** Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

**3.8.** Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorrruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

**3.9.** Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

**a)** è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

**b)** è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

**3.10.** Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difforni posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

## Art. 4 Sanzioni

4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

- a) escussione della cauzione provvisoria;
- b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;
- c) escussione della cauzione definitiva;
- d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.
- f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l' Autorità Nazionale Anticorruzione;
- g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

## Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni

5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "**Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

## Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie

6.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

---

Per il Partecipante

---

(timbro della società)  
(firma legale rappr. nte)