



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

DATA

03.07.13

PROT.

2013/ 902

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisizione di terreni di coltura

Questa Amministrazione deve acquisire i terreni di coltura di cui all'allegato elenco. A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche collimanti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito alle quantità individuato.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **11.07.2013** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga



- Terreni pronti all'uso - Caratteristiche minime richieste:

- Confezionamento massimo da 20 piastre in blister singoli da 10 piastre.
- Le piastre devono riportare la sigla e la denominazione del terreno, numero di lotto e data di scadenza.
- Piastre con diametro di 90 mm, con coperchio scanalato per facilitare l'impilamento, spessore del terreno non inferiore a 4 mm e assenza totale di conservanti nei terreni.
- I terreni disidratati, utilizzati per la preparazione delle piastre e provette pronte, devono essere prodotti dal medesimo fabbricante delle stesse e devono avere gli stessi requisiti di assicurazione della qualità indicati più avanti per le piastre e provette.
- Tutte le piastre offerte devono essere fabbricate dallo stesso produttore.
- Controstock di controllo per singolo lotto, disponibile dal produttore fino alla data di scadenza.

Per ogni lotto, per il quale l'impresa partecipa, in sede di gara, dovrà essere prodotto dichiarazione attestante la disponibilità a fornire, se richiesti, i seguenti certificati (a campione allegarne qualcuno per ogni punto):

1. certificato di Analisi riportante anche le notizie sulle componenti di origine animale eventualmente presenti
2. certificazione del processo di irraggiamento, per i prodotti dove utilizzato.
3. tutte le schede di sicurezza come previste dalle direttive europee.

Questi documenti (Punti n.1 n.2 e n.3) devono pure essere disponibili e/o richiedibili via sito web.

4. certificazione attestante che Il sangue utilizzato proviene da allevamenti animali controllati e certificati dal produttore, ove necessario potrà essere richiesto il "Certificate of Suitability" rilasciato da EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines), a garanzia dei controlli veterinari e dell'alimentazione per la minimizzazione del rischio diffusione della BSE.

Dovranno, in sede di gara, invece essere prodotti i seguenti certificati:

5. certificazioni ISO 9000 per il magazzino centralizzato e lo spedizioniere al fine di avere il controllo dei prodotti anche nelle fasi di conservazione e trasporto con garanzia di temperatura controllata fino alla consegna.
6. Certificazione con la quale il produttore delle piastre e provette attesta il rispetto degli Standard e delle Linee Guida DIN/EN/ISO 9001, della Direttiva IVD 98/79/EG, della Farmacopea EP e delle GMP della FDA o organo equivalente nella CE.
7. Le piastre devono essere di recenta preparazione idoneamente umide fornite almeno 4 settimane prima della scadenza per le piastre al sangue, almeno 8 settimane prima della scadenza delle altre.



ARNAS
CIVICO
DI CRISTINA
BENFRATELLI
PALERMO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Lotto n. 1 – Terreni di coltura comuni in piastre da 90 mm pronte all'uso.

N.	Descrizione del prodotto	Quantità annua
1	Agar Sangue Columbia +5% S. Montone	30000
2	Agar Sangue CNA Columbia +5% S. Mont.	3000
3	Agar Cioccolato arricchito (Polivitex, Isovitalex o equivalenti per Neisseriae ed Haemofilus	10000
4	Agar cioccolato arricchito + bacitracina	3.000
5	Agar tripticasi soia	6.000
6	Agar Mueller Hinton (bassa concentrazione di timina, timidina, Ca ed Mg)	18000
7	Agar Muller Hinton (bassa concentrazione di timina, timidina, Ca ed Mg); 150 mm.	1.000
8	CLED Agar	3000
9	Agar SS	5000
10	Agar Mac Conkey + Cristal Violetto	30000
11	Agar Schaedler + 5% S. Montone k1	6000
12	Agar Schaedler + 5% S. Montone (selettivo per anaerobi Gram -)	3.000
13	Agar Sale Mannite	1500
14	Campylobacter Agar selettivo + 5% s. montone	100
15	Agar selettivo per Gardenerella	1.000
16	Agar Yersinia CIN	1000
17	Agar cioccolato selettivo per Neisserie patogene (Martin Lewis Agar o equivalente)	2000
18	Agar Mueller Hinton + 5% S. Montone	3500



ARNAS
CIVICO
DI CRISTINA
BENFRATELLI
PALERMO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Lotto n.2 – Terreni di coltura particolari in piastre da 90 mm pronte all’uso.

N°	Descrizione del prodotto	Quantità annua ri- chiesta
1	Helicobacter agar selettivo	200
2	Agar selettivo per B. Cepacia (OFPBL)	2000
3	Agar selettivo per Legionella (BCYE) + vancomicina e colistina	1000
4	Agar per test di sensibilità Haemophilus	100
5	Biggy Agar (Nickerson) per diff. Candida	100
6	Enterococcus screen Agar 4 settori per la ricerca degli enterococchi resistenti a Vancomicina e Aminoglicosidi	100
7	Vancomycin screen agar per la valutazione della resistenza alla Vancomicina degli Enterococchi	100
8	Agar Cromogeno per identificazione di Candida	4000
9	Agar Cromogeno per identificazione di Salmonella	100
10	Agar Cromogeno per identificazione di Stafilococco Aureo	100
11	Agar Cromogeno per identificazione di MRSA	200
12	Agar Cromogeno per identificazione di germi patogeni delle vie urinarie	100
13	Agar cromogeno per identificazione di E. coli O157	800
14	Brain heart infusion agar	1.000
15	Schaedler CNA + 5% sangue di montone	1.000
16	Serum tellurite agar	100
17	Bordet Gengou + sangue di montone	100
18	Middlebrook 7H11 Agar	300
19	Agar selettivo per Legionella GPVC	100
20	Agar Potato Glucosio	100
21	TCBS Agar	200
22	AGAR SABOURAUD DESTROSIO+GENTAMICINA e CAF	1500



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

Lotto n. 3 – Terreni di coltura e trasporto pronti all'uso in provette.

	Descrizione prodotto	Quantità annuale
1	Loweinstein – Jensen	2600
2	7H11	100
3	Terreno arricchimento Trichomonas	500
4	Trypticase Soy broth	1500
5	Brain hearth infusion broth	600
6	Todd-Hewitt W/NA&G (100x5ml)	4000
6	Schaedler broth + vit. K	300
7	Portagermi Amies agar con tampone	2500
8	Portagermi con agar di trasporto senza tampone	350
9	Portagermi in flaconi con terreno di trasporto per camp. liquidi	500
10	Portagermi di trasporto con terreno Cary Blair e tampone	200