



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione



Spett.le Ditta

**OGGETTO:** Indagine di mercato per fornitura triennale di n. 2000 bocccagli per spirometria adulti da destinare all'U.O. di Allergologia del P.O. Civico dell'ARNAS.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il materiale di cui in oggetto, meglio dettagliato nella scheda tecnica allegata alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nella allegata scheda tecniche;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e/o ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Nel caso che, al presente avviso darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale. Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche. Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza, che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.**


La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 11.05.2021 alla seguente e-mail :  
*provveditorato@arnascivico.it*

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la D.ssa R. V. Miceli alla seguente e-mail :  
*rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it*-numero telefonico 091/6662655.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il RUP  
D.ssa Rosalia Valeria Miceli



#### SCHEDA TECNICA

#### **Filtri compatibili con Spirometro adulti Carefusion micro lab**

Filtro per esami di funzionalità respiratoria studiato e realizzato per proteggere il paziente e l'apparecchiatura durante gli esami di funzionalità polmonare, deve assicurare un'efficace protezione dai microrganismi inspiratori o esalati dal paziente durante le prove, evitando le contaminazioni crociate, monouso.

Deve avere una protezione completa ed efficace, membrana interna rinforzata, utilizzabile con apparecchio Carefusion micro lab in dotazione all'U.O. di Allergologia, deve ridurre drasticamente il rischio di contaminazioni crociate, bassa resistenza ai flussi per non influenzare i risultati delle prove.

EFFICIENZA DI RITENZIONE BATTERICO/VIRALE >99,9%, SUPERFICIE FILTRANTE 57 cm<sup>2</sup>  
RESISTENZA AL FLUSSO a 12 l/s, 0,9 cm/H<sub>2</sub>O, VOLUME FILTRO 56 ml, PESO 14 g,  
CONNESSIONI da 30F/33M.