

ALL' CH

Post No. 602 Mobile
Arch. Alessio

Prot. 7839/21

04 maggio

06/05/2020

DB

Civico Di Cristina Benfratelli

*Agg. sua
p. frattatore
si conformata
alla relazione
07/05/20
04/05/20*

Ch.mi

Dott. Tronca
Direttore Amministrativo

e p.c.

Dott. Colletti
Direttore Generale

Dott. Requiez
Direttore Sanitario

Ing. Spera
Direttore U.O.C. Gestione Tecnica

A.R.N.A.S. - Palermo

OGGETTO: relazione relativa a gara per acquisizione di n. 1 tomografo PET/CT

In riferimento alla Sua del 30 aprile c.a., nella quale mi viene chiesta dettagliata e motivata relazione riguardo alla mail del Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica del 28 aprile c.a., pt. n. 7421/2021, che chiedeva indicazioni per le azioni da intraprendere riguardo alla gara per l'acquisizione di n. 1 tomografo PET/CT, rappresentato di avergli già risposto analiticamente lo stesso giorno, con nota pt. 26 del 28 aprile c.a., inviata per mail, sempre in pari data, anche agli altri destinatari della lettera del Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, cioè alla S.V., oltrechè al Direttore Generale e al Direttore Sanitario.

Se ne ribadiscono, comunque, i contenuti:

- 1) In tale mia risposta, prima citata, si rappresentava dettagliatamente che la scheda tecnica per il sistema ibrido PET/CT contempera esigenze di efficacia clinica, espresse esplicitamente nella premessa al capitolato pubblicato, proprie di un'ARNAS e la POSSIBILITA' DI CONSENTIRE A TUTTE 3 LE DITTE PRESENTI SUL MERCATO di PARTECIPARE, così che, infatti, non sono state avanzate osservazioni ostative in merito in occasione delle diverse indagini di mercato succedutesi.

- 2) Inoltre, i punteggi di Qualità previsti premiano parametri tecnici relativi a **variabili cliniche e gestionali fondamentali**, come la *Qualità diagnostica dell'immagine*, la *riduzione della radioattività da somministrare* – a cui consegue sia una minore *dosimetria al Paziente*, importante specie in *Pediatria*, sia un *costo inferiore del radiofarmaco/paziente* – una *riduzione del tempo/esame* a cui consegue un *numero maggiore di esami eseguibili nello stesso tempo*, con evidenti vantaggi economici per la nostra Azienda, trattandosi di una prestazione ad altissima valorizzazione economica (> 1.000 euro).
- 3) I parametri tecnici decisivi per garantire gli obiettivi clinici e gestionali sopra riportati sono associati a punteggi di qualità suddivisi (“splittati”) in fasce (“range”) che consentono di graduare la premialità a seconda della performance crescente dei modelli presenti sul mercato, consentendo l'accesso alle fasce più alte ai modelli top di gamma delle Due Ditte presenti sul mercato con più di un modello nel loro portfolio.

Dunque, per quanto fin qui detto, da una parte la scheda tecnica consente a tutt'e 3 le Ditte di partecipare, dall'altra la griglia dei punteggi di Qualità è adeguata a perseguire l'obiettivo di dotare la nostra Azienda della strumentazione più performante, in grado sia di fornire al Paziente le migliori prestazioni cliniche sia di assicurare alla nostra Azienda i risvolti gestionali più utili, ottimizzando l'importante finanziamento regionale ottenuto esclusivamente per l'autorevolezza della nostra Direzione Generale, a cui va il mio convinto ringraziamento per l'impegno dimostrato, che consentirà finalmente di dotare l'ARNAS della Sicilia occidentale di questa strumentazione clinicamente strategica per la nostra Azienda.

Pertanto, qualsiasi modifica della scheda tecnica si tradurrebbe, a mio avviso, in un degrado della Qualità perseguita, penalizzando nel contempo obiettivi di efficacia clinica e di efficienza gestionale, avvicinandosi gradualmente alle conseguenze negative dell'acquisizione di una strumentazione “pesante” come un tomografo PET/CT con il solo criterio del prezzo, che di fatti non è la modalità utilizzata in gare di questa tipologia.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, ovviamente disponibile a qualsivoglia interazione ritenuta utile, mi è gradito cogliere l'occasione per porgere ossequi.

Il Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare
e Responsabile dell'Impianto Radiologico
dott. Gaspare Arnone

