

NOTE RELATIVE AI FERRI :

- dichiarazione della disponibilità di fornire strumenti e containers richiesti dal committente
- dichiarazione delle ditte fornitrici dello strumentario e containers su certificazione ai sensi delle norme ISO EN UNI 9000
- dichiarazione che gli strumenti e i containers riparati manterranno la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., recepita in Italia con il D. lgs. 46/97 e s.m.i..
- dichiarazione che tutti gli strumenti chirurgici e containers saranno riparati/mantenuti dall'azienda produttrice o da azienda delegata ed autorizzata dal produttore (in conformità alla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. recepita in Italia con la DL 46/97 e s.m.i. e alla ISO11607 part(2. 7)a tal proposito pena l'esclusione, devono essere prodotte le istruzioni per l'uso degli strumenti proposti
- dichiarazione che tutti gli strumenti e containers saranno nel tempo, mantenuti identificabili attraverso il nome del fabbricante, il codice articolo, ed il numero seriale, quando possibile con codice datamatrix.
- Dichiarazione che tutti gli strumenti offerti saranno dotati di tutta la documentazione necessaria (certificati di conformità, istruzioni di riprocessamento, istruzioni d'uso)
- Dichiarazione dalla quale risulti quale è il manutentore principale designato dall'offerente.

Ulteriori note :

- portaghi mayo hegar in TC cm 20
- portaghi De Bakey morso in TC cm 20
- forbici di Mayo curva cm 16
- forbici di Metzbaum baby curva cm 12
- forbici di Metzbaum curve cm 18
- forbici di Metzbaum fino curva cm 23
- forbici di Metzbaum Nelson curva cm 20
- forbici di Mayo curva stille cm 16
- pinza di barraya cm 25
- pinza vascolare De Bakey cm 23
- passafili tipo mixer cm 23
- bengolea curva cm 24
- allis atraumatica cm 16
- klemmer curva cm 16
- kocker curva cm 16
- mosquito-klemmer cm 12
- forbici per isterectomia curva cm 20
- clamp vascolari totale de bakey cm 18
- container completo di griglia